



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949  
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **5 ADET EKG KABLOSU ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **19.01.2021 tarih ve saat 11:00'a** kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

**e-imzalıdır**  
**Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK**  
**İdari Mali İşler Müdürü**

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	EKG KABLOSU	ADET	5		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe  
**e-imzalıdır.**

**Uzm Dr Demet ÖKKE**  
**Başhekim**

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Telefon:0472 312 60 47  
Belgegeçer: 0472 312 54 47  
**e-posta:ddhsatinalma@gmail.com**

ŞARTNAME

Ekg kablosu tüm BIOCARE ECG-1200 ekg modellerine uyumlu olmalıdır.

Kablonun uçlarında derivasyon isimleri ve renk kodları belirtilmelidir.

Kablonun 6 adet göğüs, 2 adet kol ve 2 adet bacak bağlantı kablosu bulunmalıdır.

Kablonun cihaza bağlantı soketi vidalanabilir özellikte olmalıdır.

Ürünler orijinal ambalajında olmalıdır.

Ürünün CE belgesi olmalıdır.

Ürünün T.C.Sağlık Bakanlığı ve Ulusal bilgi bankası kaydı olması barkod numarasının yazılı olması gerekmektedir.

Numune teslim edilmelidir.

Genel Sağlık Müdürlüğü  
Doç.Dr.Yasemin ERYILMAZ  
Nispetiye Devlet Hastanesi  
Nispetiye Hastanesi  
İdari Birim

DOÇ.DR.YASEMİN ERYILMAZ  
DOĞUBAYAZITI Dİ... ANESİ

Erdal Gökçenli  
Biyomedikal Sorumlusu

Resimli İmza

Biyomedikal Tekniker

Zekerya BAKARAN

Zekerya