

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Taşlıçay Devlet Hastanesi

SAYI : 2021/5
KONU : Mal alımı Hk.

26/01/2021

Teklif Davet

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 5 kalem Teknik Şartnamede Özellikleri belirtilen Mal alımı işi 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 29.01.2021 tarih saat 10:00'a kadar (04725513307 numaralı belgegeçere, tdhsatinalma@gmail.com mail adresine, posta yolu ile ve ya elden) belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Ebubekir GÜLMİZ
İdari ve Mali İşler Müdürü

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	FİSSÜR SEELAND	ADET	10		
2	ÇİNKO FOSFAT SİMAN	ADET	15		
3	POLİSAJ PATI (200'LÜK PAKET)	KUTU	2		
4	KLORHEKSİDİN SOLÜSYON	ADET	5		
5	POST VİDASI (SET)	KUTU	1		

İdarenizce doğrudan temin usulü ile 29.01.2021 tarihi saat 10:00 de alımı yapılacak olan Mal Alımı işine ait dokümanı oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Doğrudan temin usulü ile yapılacak alıma ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak, teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masraflar teklifimize dahildir.

2- Teklifimiz aşağıda belirtilen tarihten itibaren 30(Otuz) takvim günü geçerlidir.

3- 4734 Sayılı Kanununun 22/d maddesi gereğince, alıma konu iş için kendimiz veya başkalar adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

4- Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz.

5- Alıma konu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı
Kaşe ve İmza ⁽²⁾

5 KALEM DIŞ SARF MALZEMESİNE AİT TEKNİK ŞARTNAMESLER

1- FİSSÜR SEELAND

1. Işınla sertleşebilen özellikte olmalıdır.
2. Fissür örtücü beyaz ve opak renkte olmalıdır.
3. Orijinal ambalajda, Türkçe kullanma kılavuzu, set halinde, 2 adet en az 2 ml. lik özel şırınga, %37 fosforik asit içeren asit etching jeli ve esnek uygulama uçları bulunmalıdır.
4. Uzun süreli flor serbestleyebilmeli, pit ve fissür doldurucu özellikte olmalıdır.
5. Örtücü tabaka çığneme basıncına dayanıklı olmalıdır.
6. Akıcılığı, dişin oklüzal yilzindeki fissürlerin en ince ayrıntılarına kadar ulaşabilmelidir.
7. Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi olmalı ve miadı teslim tarihinden sonra en az 2(iki) yıl olmalıdır.
8. Ambalajı üzerinde üretim yeri, markası, üretici firmanın adı ve logosu, katalog numarası yazılı olmalıdır.
9. Tutuculuğu iyi olmalıdır.

2-ÇİNKO FOSFAT SİMAN

1. Bir kutu içerisinde toz ve likitten oluşmalıdır.
2. Toz; çinko oksit, magnezyum oksit, alüminyum trihidroksit, borik oksiden oluşmalıdır.
3. Likit sulu fosforik asit çözeltisi ve alüminyum ortofosfattan ibaret olmalıdır.
4. Amalgam ve kompozit dolguların altında kaide maddesi geçici dolgu maddesi olarak kron ve köprülerin simantasyonunda kullanılmalıdır.
5. Miadı yaklaşan ürünler firma tarafından yeni miadlı ürünlerle değiştirilecektir.
6. Sertleşme süreleri kısa olmalıdır.

3-POLİSAJ PATI

1. Polisaj fırçası ile diş yüzeyi temizliği için kullanılabilir olmalıdır.
2. Kokusu hoş olmalıdır.
3. Kıvamı yumuşak pasta şeklinde olmalıdır.
4. En az 240 gr lık ambalajlarda olmalıdır.
5. Mukoza da tahrişe neden olmamalıdır.
6. Dişlerde aşınmaya, çizilmeye neden olmadan dişler üzerindeki sonradan edinilmiş lekeleri çıkarabilmelidir.
7. Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.
8. Teklif edilen ürünlerin Ulusal Bilgi Bankası kaydı olmalıdır.

4-KLORHEKSİDİN SOLÜSYON

1. %2 Klorheksidin glukonat içermeli, kanal tedavisinde kullanıma uygun olmalıdır.
2. En az 250 ml şişelerde olmalıdır.
3. Teklif edilen ürünlerin Ulusal Bilgi Bankası kaydı olmalıdır.

5-POST VİDASI

1. Altın kaplamalı, vida tipi postlar olmalı (GoldPlatedScrew Post tipi).
2. Konik-silindirik şekilli olmalı ve yapısı titanyum olmalı.
3. Doku uyumlu olmalı (Korozyona dirençli olmalı ve vücut dokularıyla kimyasal reaksiyona girmemeli).
4. Kutusunda en az 240 adet asorti post bulunmalı.
5. Ayrıca elle kullanılan 2 adet anahtarı bulunmalı.
6. Kutu içerisinde Uzun 1.2.3.4.5.6 – Orta 1.2.3.4.5.6 – Kısa 1.2.3.4.5.6 – XL 4,6 olacak şekilde, 2 adet Anahtar set içerisinde bulunmalı.
7. Postlar sarı renkte bulunmalı.
8. Malzemenin tesliminde üzerindeki üretim ve son kullanma tarihlerine göre en az iki yıllık raf ömrü olmalı.
9. Kullanım amacına uygun olmalı.

Dr. Vehi ARSLAN
Dip. Tes. No: 42672
Tıbbi ve Diş Hastanesi

Mertkan ALACALI
Eczacı
Taşlıcağı İlçe Devlet Hastanesi