



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **40 ADET 2.80 EMNİYETLİ KORUMALI GÖZ BIÇAĞI ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **12.02.2021 tarih ve saat 11:00'a kadar 0472 312 54 47** numaralı belgegeçere veya **ddhsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

e-imzalıdır
Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	2.80 EMNİYETLİ KORUMALI GÖZ BIÇAĞI	ADET	40		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

e-imzalıdır.

Uzm Dr Demet ÖKKE

Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agrihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucunu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI

Telefon:0472 312 60 47

Belgegeçer: 0472 312 54 47

e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI

Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

e-Posta

net Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Bilgi için: Serra KIRAÇ

TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47

Belge Doğrulama Kodu: 30f99f17-873b-403c-9777-8903985b6849

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

2.8 EMNİYETLİ KORUMALI SİLİT BİÇAK

- 1-Bıçak kullanılmadığı zaman keskin ucun zarar görmemesi aynı zamanda kullanıcıların hastalardan herhangi bir kaza sonucunda enfeksiyon bulaşmasını önlemek amacı ile emniyetli bir şekilde kullanım için bıçağın ucunu kapatacak bir kalkana sahip olmalıdır.
- 2-Koruyucu kalkan bıçağın gövdesindeki düğmeden ileri-geri manevra yapabilmelidir döndürülerek veya düğmesiz uca geçme şeklinde olmamalıdır.
- 3-Orijinal ambalajında steril olacaktır.Ambalaj üzerindeki bilgiler stiker veya bant yapıştırma olmayacak ,ürüne ait üretim yeri,sterilizasyon bilgileri,üretim ve son kullanım tarihleri,CE uygunluk numarası ve barkot orijinal baskı olmalıdır.
- 4-Steril ambalaj içinde olup uç kısmı muhakkak görülmelidir.
- 5-Miad teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
- 6-Bıçağın metali laser kesimli olmalı ve kesinlikle parlamamalıdır.
- 7-Bıçak açılı olmalıdır 2.80mm olmalıdır.
- 8-Bıçağın üretimi AB ülkeleri veya ABD olmalıdır.Kesinlikle uzakdoğu ülkelerinde üretilmiş olmamalıdır.

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
Op.Dr.Fatma ÖZKAL
Dip.Tec.Np:107563
Göz Hastalıkları Uzmanı