T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

11.02.2021

Sayı: 50
Konu: HASTANEMİZ DOGUMHANE BİRİMİ İHTİYACI OLAN ULTRASON PROBU ALIM İŞİ

Sayın.....

Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerde kullanılmak üzere aşağıdaki listede miktarı ve birimi belirtilen 1 Kalem mal/ hizmet 4734 Sayılı K.İ.K 'nun 22/d maddesine göre alımı yapılacaktır. İlgili alıma ilişkin KDV hariç birim fiyatınızı yazılı ve tasdikli olarak 16.02.2021 günü saat 11:00'e kadar Patnos Devlet Hastanesi Satın Alma Birimine gönderilmesi/teslim edilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	ULTRASONOGRAFİ PROBU ENDOKAVİTER Bİ-PLAN REKTAL	1	Adet		

Son Teklif Verme Tarihi: 16.02.2021 günü saat 11:00'e Teklif Verme gün ve saatine göre fax/mail ile gönderilebilecek asılları elden yada kargo/posta yolu ile teslim edilmelidir.

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkot ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkot ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rükû edilecektir.
9-İdaremiz en düşük fiyat kabul etme zorunda olmayıp malzeme seçiminde verimlilik kalite malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kraterleri değerlendirir.
10-Teknik şartname ekte olup şartname uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

1. GENEL ÖZELLİKLER

1.1. İhaleye Katılacak Firmalar

a) TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini ihale sırasında sunmalıdır.
b) İlgili cihaza ait orijinal üreticisinden yetki belgesini ihale sırasında sunmalıdır.

1.2. TESLİMAT VE GARANTİ

a) Kullanılan prob orijinal parça olmalıdır. Muadil veya uyumlu olduğu iddia edilen probiar kabul edilmeyecektir, istenildiği taktirde, yüklenici probun üretici firmadan temin ettiğini belgeleyecektir.
b) Kullanılacak olan prob 2 yıl süre ile garantili olacaktır.
c) Alınan prob, hasta ve kullanıcı emniyetini tehlikeye sokmayacaktı^
d) Yüklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almak zorundadır.
e) Alınacak olan prob ile cihazda fonksiyon kaybı olmayacak veya var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır. Bu çalışma sırasında oluşan herhangi bir yeni arızadan yüklenici firma sorumlu tutulacaktır. Bu yeni arıza ile ilgili her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
f) Teslimat sonunda, cihazın çalışma performansı test edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

a) Belirtilen Konveks Prob, 3,5 CS uyumlu LOGIQ P5 marka Ultrasonografi cihazı ile kullanılacak ve belirtilen cihazla tam uyumlu ve sorunsuz çalışacaktır.
b) Belirtilen Prob abdomen, obstetrik, jinekoloji amaçlı kullanılacaktır.

T.C. Sağlık Bakanlığı
Pamuk Devlet Hastanesi
Op.Dr.Filiz ARDIÇ
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Sicil No:DR172133