



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **1 ADET KAFA LAMBASI ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **23.02.2021 tarih ve saat 11:00'a** kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya **ddhsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

e-imzalıdır
Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	KAFA LAMBASI	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARİC):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

e-imzalıdır.
Uzm Dr Demet ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

EK-1

KAFA LAMBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Genel hüküm

Sistemin bütünlüğünün bozulmaması için tüm listeye teklif verilmelidir. Sistemin uyumlu çalışması ve kolay kullanımı açısından teklif edilen tüm ekipmanlar aynı marka olmalıdır.

1 Adet LED Kafa Lambası

- Hem cerrahide hem de poliklinik şartlarında kullanılacak parlaklıkta beyaz ışık vermelidir.
- 40 cm çalışma mesafesinde 30 150mm aralığında ışık odak çapı ayarlanabilmelidir.
- Lens sistemi dayanıklılık ve hassasiyet için sıvı lens (liquid lens) olmalıdır.
- Batarya kutusu üzerinde şarj durumunu gösteren indikatör olmalıdır.
- En az 3 kademeli ışık şiddeti ayarına sahip olmalıdır. Maximum seviyede en az 8 saat, minimum seviyede en az 18 saat kullanım süresine sahip olmalıdır.
- 40cm çalışma mesafesinde, 30mm odak çapında lux çıkış değeri 13 32 klux arasında en az 3 seviyede (min orta max gibi) ayarlanabilmelidir.
- LED lambasının çalışma ömrü en az 30000 saat olmalıdır.
- Firma 2 yıl garanti vermelidir.

1 Adet Batarya

- Teklif edilen alın lambası ile tam uyumlu olmalıdır.

1 Adet Sarj aleti

- Teklif edilen alın lambası ile kullanılan batarya ile tam uyumlu olmalıdır.
- 2 adet batarya yuvası olmalıdır.
- numuneler görülüp değerlendirildikten sonra karar verilecektir.

Dr. Dr. Selim
F. F. F.
F. F. F.