T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/193
KONU : Teklife Davet

01/03/2021

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **ANESTEZİ CİHAZLARI Y HORTUM SİSTEMİ, REGÜLATÖRÜ KURULUM HİZMETİ VE YEDEK PARÇA HİZMET ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 03/03/2021 tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam
1	OKSİJEN Y HORTUM SİSTEMİ KOMPLE VE REGÜLATÖRÜ	1	TAKIM		
2	AZOT Y HORTUM SİSTEMİ KOMPLE VE REGÜLATÖRÜ	1	TAKIM		
3	TÜP DUVAR SABİTLEME SİSTEMİ VE ZİNCİRİ 3'LÜ	1	TAKIM		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

UYGUNDUR
01/03/2021
Dr.Vedat ARSLAN
Başhekim

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar http://www.agriihale.gov.tr/e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.

Y Hortumu Teknik Şartnamesi

İstenen malzemeler

- OKSİJEN İÇİN 1 ADET
- AZOT İÇİN 1 ADET OLACAKTIR
- HEPSİ REGÜLATÖRLERİYLE, PRİZLERE UYGUN JAKLARIYLA BİRLİKTE VE EN AZ 5MT HORTUM BOYUNDA OLACAKTIR.

  BUNUN DIŞINDAKİ ÜRÜNLER KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Teknik Şartnamesi

1. Borular aşırı ses çıkarmamalı ve gürültüye sebebiyet vermemelidir.
2. Ağırlığı kutu hariç hortumlar 800 gramdan aşağı düşmemeli, (Regülatör ve y parçası hariçtir ağırlığı bu değerlerde olmalıdır.)
3. Sistemin toplam ağırlığı 2.5 kg dan aşağı düşmemelidir ve kalitesi düşük adi malzemeler kabul edilmeyecektir.
4. Y parçası 20.000 açma değirini verebilmeli ve minimum bu değerin üstü olmalı, basınç değeri minimum 10-16 bar verebilmelidir.
5. Kullanılan malzeme kapaklı olacak; düşmeye ve darbelere karşı dayanıklı malzemeden imal edilmelidir.
6. çalışma aralığı tüp tarafı 150 bara kadar çıkış tarafı ise 0-6,5 bar aralığında olmalı ve bu değerleri verebilmelidir.
7. Pislik tutmayan ve temizlenebilir özellikte olan malzemeden üretilmiş olmalıdır.
8. üzerinde çalışma basınç ve değerleri yazılmış olmalıdır
9. Ürünler CE ve İSO standardına uygun üretilmiş olmalı ve gerektiğinde belgeler sunulmalı
10. Arıza durumunda 12 ay garantili olmalıdır.
11. Ürünün montajı ve kullanımlarının gösterilmesi eğitimlerinin verilmesi malzemeyi veren firmaya ait olacaktır. Bunun için extra bir ücret talep edilmeyecektir.
12. Malzemeler teklifte yazan ölçü ve boylarda olmalı ve gerektiğinde ölçülüp bakılabilinmeli
13. Rekor kısımlarımdan sızdırmamalı sızdırmazlık testi yapılabilinmeli.

14. Kullanılan malzemesi düşmeye ve darbelere, büzüşmeye ve köşelerde geçiste kırılmamaya dayanıklı malzemeden imal edilmelidir. Ve gazların geçişine zorluk göstermemeli.
15. Her türlü hataya ve kusura karşı 1 yıl garanti verilmeli ve değişimleri için hiçbir ücret talep edilmemeli. Garanti süresi içinde hatalı ürünler için montajı ve servisi ücretsiz karşılanmalı ve bu sebeplerden ötürü kesinlikle kuruma fatura edilmeyecektir
16. Numuneler mutlaka görülecektir numunesi görülmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
17. Alındıktan sonra sistem yerinde demo yapılarak test edilmeli ve testlerden geçen gaz sızıntısı yapmayan ürünler kabul edilecek olup diğer alınan ürünler şekil ve kullanım yönüyle beğenilmediği taktirde geri iade edilecek olup firmalar aideleri şartsız ve kayıtsız kabul etmiş sayılırlar.