

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

02.03.2021

Sayı: 113

Konu: HEMODİYALİZ BİRİMİ İÇİN 2 KALEM DİYALİZÖR ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 08.03.2021 saat: 12:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	DİYALİZÖR SENTETİK MEMBRAN 1.8-1.9 M ² YÜKSEK AKIMLI			400	Adet		
2	DİYALİZÖR SENTETİK MEMBRAN 2.1-2.2 M ² YÜKSEK AKIMLI			400	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

DİYALİZÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Diyaliz membran yapısı sentetik yapıda (polinefron, Pan, Helixone, PAMM ve Alfa polsulfone) olmalıdır.
2. Diyalizör HIGH-FLUX ve kuru tip olmalıdır.
3. Alınacak Diyalizörlerin 1.7 - 1.9 m²-2.0 -2.2 m² olmalıdır. Ayrıca Ünitenin isteği doğrultusunda farklı m²ler gerektiğinde istenecektir.
4. Diyalizörün membran duvar kalınlığı 30-45 mikron arasında olmalıdır.
5. Diyalizörlerin praming volümü en fazla (1.7 - 1.9 için:95-115 ml 2.0-2.2 m² için 105-135) arasında olmalıdır.
6. Sterilizasyon türü alerjik reaksiyonlara yol açabilen etilen oksit (ETO) olmamalı, Diyalizör sterilizasyon yöntemi, buhar veya gamma olmalıdır.
7. Son kullanım tarihi teslim tarihinden itibaren iki yıl olmalıdır.
8. Diyalizör 500 mm/hg TMP basıncına kadar dayanıklı olmalıdır. Bu bilgi diyalizörün üzerinde veya orijinal prospektüste gösterilmelidir.
9. Diyalizörlerin fonksiyonları ile ilgili minimum değerler aşağıdakiler düzeyinde olmalıdır. (kan akım hızı 300ml/dk ve diyalizat akım hızı:500 ml/dk'da

	1.7- 1.9 m ²	2.0-2.2 m ²
ÜRE:	275 ml/dk	280 ml/dk
KREATİNİN:	255 ml/dk	265 ml/dk
FOSFAT:	245 ml/dk	255 ml/dk
VİT.B12:	185 ml/dk	195 ml/dk

10. Diyalizörlerin 500-900 ml izotonikle yıkanması yeterli olmalıdır. 1 litreyi aşan bu miktar ilgili firma tarafından karşılanacaktır, aksi takdirde diyalizörler telsin alınmayacaktır. Ayrıca heparin ve antikoagülasyonlarla yıkama ihtiyacı olmamalıdır.
11. Diyalizörler Arter-Ven seti ve diyalizat giriş çıkış bağlantı yerlerinde koruyucu kapak bulunmalıdır.
12. Üretim hatası bulunan veya herhangi bir nedenle kullanılması mümkün olmayan diyalizörlerin satıcı firma tarafından değiştirilmesi taahhüt edilecek ve ihale dosyasında komisyona sunulacaktır.
13. HIGH-FLUX Diyalizörün kuf değeri 1.7-1.9 m² için en az 70 2.0-2.2 m² için en az 80 ml/h/mm Hg arasında olmalıdır.
14. Malzemeler steril ambalajlarda teslim edilmelidir. Ambalajın üzerinde sterilizasyon, son kullanma tarihi, lot numarası, T.C. sağlık bakanlığı ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmelidir.
15. Diyalizat kan akım hızı 400-600 ml/dk, kan akım hızı 200-600 ml/ dk olmalıdır.

MINİSTRİN MÜHÜRÜ
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
TEKNEK BİLİM VE
TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MÜHÜRÜ

DR. ...

ARTER VEN SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Setler tek kullanımlık, Gamma steril olmalıdır. ve teslim alınma tarihinden itibaren en az 4 yıl miatlı olmalıdır.
- 2-Arter ven setlerinin arter kısmında arter yastığı bulunmalıdır.
- 3-Setlerde İzolatör bulunmalı ve izalatörler ayrı poşet içerisinde steril şekilde setin içerisinde olmalıdır.
- 4-Arter -Ven hattında Drip chamber olmalıdır.
- 5-Arter hattında arter yastığı bulunmalıdır.
- 6-Setler üzerinde Klempler bulunmalı Klempler bükülebilir tırnak ayarlı olmalıdır.
- 7-Setin uçlarında Diyalizöre ve fistül iğnelere uyumlu emniyetli adaptörler bulunmalıdır.
- 8 -Setler Universal olmalıdır. Setler iki tarafı rahat görülebilmesi ve depolamada nem ,ıslanma gibi durumlara karşı iki tarafı şeffaf ambalajlarda olmalıdır.
- 9-Setlerin Total kan dolum hacmi 150 ml'nin üzerinde olmamalıdır. Bu bilgi ambalajın üzerinde belirtilmelidir.
- 10- Setlerin ucu torbalı steril olmalıdır.
- 11- Üretim hatası bulunan veya herhangi bir nedenle kullanılması mümkün olmayan setlerin satıcı firma tarafından değiştirilmesi taahhüt edilecektir.
- 12-Ünitemizin ihtiyacı durumunda setlerin %25 kadar pedyadrik seti alınacaktır. Firmalar tekliflerinde belirtmiş olup ve numune olarak vermesi gerekmektedir.

ml
M2020

Ca
M2020