



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949  
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan 4 KALEM SARF MALZEME ALIM İŞİ 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 16.03.2021 tarih ve saat 11:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-İmzalıdır  
Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK  
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	ASPIRASYON SONDASI NO:6	ADET	400		
2	ASPIRASYON SONDASI NO:8	ADET	600		
3	ENTÜBASYON TÜPÜ HAFSİZ NO:3	ADET	200		
4	ENTÜBASYON TÜPÜ KAFSİZ NO:3,5	ADET	150		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

e-İmzalıdır.

Uzm Dr Demet ÖKKE

Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 011746db-264c-441b-a311-b28297ed1595 Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI

Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

e-Posta

İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Bilgi için: Serra KIRIÇ

TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47



## FEEDING (BESLENME)SONDASI (No:-6-8) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Mukozayı tahriş etmeyen non-toksik PVC ve poliüretan dan imal edilmiş olmalıdır.
2. Proksimal ucu, "çam ağacı" (konik konnektör) ve enjektör girişine uyumlu ve kapaklı olmalıdır.
3. Beslenme sondası boyunca radyolojik kontrolün yapılabilmesine olanak sağlayan radyoopak çizgisi olmalıdır.
4. Giriş kolaylığı sağlayan yüzeye sahip olmalıdır.
5. 50 ±4 cm uzunlukta olmalıdır.
6. Travma oluşturmayan yuvarlatılmış kapalı distal ucu olmalı, sondanın uca yakın kısmının iki yanında çapraz delikler bulunmalıdır.
7. Giriş kolaylığı sağlayacak nitelikte, bükülmeyi önleyen uygun sertliğe sahip olmalıdır.
8. Hortum boyunca seviyeyi belirlemek için rakamlar olmalıdır.
9. Kapağı tam kapanmalı, kolayca açılmamalı, sızıntı oluşturmamalı; hastanemizde kullanılan enjektör girişlerine uyumlu olmalıdır.
10. Renk kodu olmalıdır. ( yeşil-mavi )
11. Paket sterilitiyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalıdır.
12. Steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
13. İhaleye yeterli miktarda en az 5(beş) adet numune getirilmelidir. Numuneler değerlendirildikten sonra uygunluk kararı verilecektir.

Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz  
Joğubayazit Devlet Hastanesi  
Uzmi Dr. Çeşim MURT  
Çocuk Şişirge Hastalıkları  
Dip. Tes. No: 173749

### **ASPIRASYON SONDASI (NO:6 VE NO:8) TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Sonda şeffaf ve PVC'den yapılmış olmalıdır, bükülme ve rotasyon hareketini yapmaya elverişli olmalı,
2. Konnektör kısmı renkli PVC'den yapılmış olmalıdır.
3. Uç kısmına yakın çapraz yerleştirilmiş doku emilimini önleyen iki yan delik bulunmalı,
4. Uç kısmı kapalı veya travma oluşturmayan, yuvarlatılmış, esnek ve açık distal olmalı,
5. Konnektör dişi olmalı,
6. Sondalar tek kullanımlık ve tekli steril ambalajlarda olmalı,
7. Paket üzerinde ürün lot numarası ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalı, Raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az iki yıl olmalı,
8. Sondalar oral va nazal kullanıma uygun olmalı,
9. Sondalar nontoksik ve apirojen özellikte olmalı,
10. Numune getirilmeli, numune onayını kullanan servisler vermeli.

Doğubayazıt Devlet Hastanesi  
Uzm. Dr. Begüm AKKİT  
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  
Dip. Tes. No: 173749

## ENTÜBASYON TÜPÜ KAFSIZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüp kullanıma uygun yapıda ve sertlikte olmalıdır.
2. Tüpün tam yerinde olduğunun tespiti için radyo pak çizgi tüp boyunca bulunmalıdır.
3. Tüp konektörü gerektiğinde tüp boyunun kısaltılıp, ölü boşluğun azaltılması için paket açıklığında çok sıkı olarak yerleştirilmemiş olmalıdır.
4. Tüpler tek kullanımlık, steril tekli paketlerde olmalıdır.
5. Tüp nontoksik ve apirojen özlelikte olmalıdır.
6. Tüp polivinilklorür(pvc)den yapılmış olmalıdır.
7. Tüp iç kısmı görülecek derecede şeffaf olmalıdır.
8. Tüp iç ve dış yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.
9. Tüp üzerinde okunaklı olarak cm yazları ve numaraları bulunmalıdır.
10. Tüpün arkasında konektör olmalıdır.
11. Tüpün ucunda Murphy ucu olmalıdır.
12. Balansuz olmalıdır.
13. Oral ve nazal kullanıma uygun olmalıdır.
14. Depo teslimi sırasında en az 2 yıl raf ömrü olmalıdır.
15. Tüp numaraları 3 ve 3,5 olmalıdır.
16. Numune getirilmesi zorunludur. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Teklifi veren firmanın ürünü muayene komisyonu tarafından uygun bulunmadığı takdirde şartnamenin herhangi bir maddesine dayandırılmadan ihale dışı bırakılabilir.

Doç. Dr. Yasar Enilmez  
Doğubayrampaç Devlet Hastanesi  
Uzm. Dr. Remziye Murat  
Çocuk Hastalıkları Hastalıkları  
Dip. Tes. No: 73749

## ENTÜBASYON TÜPÜ KAFSIZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüp kullanıma uygun yapıda ve sertlikte olmalıdır.
2. Tüpün tam yerinde olduğunun tespiti için radyo pak çizgi tüp boyunca bulunmalıdır.
3. Tüp konektörü gerektiğinde tüp boyunun kısaltılıp, ölü boşluğun azaltılması için paket açıklığında çok sıkı olarak yerleştirilmemiş olmalıdır.
4. Tüpler tek kullanımlık, steril tekli paketlerde olmalıdır.
5. Tüp nontoksik ve apirojen özlelikte olmalıdır.
6. Tüp polivinilklorür(pvc)den yapılmış olmalıdır.
7. Tüp iç kısmı görülecek derecede şeffaf olmalıdır.
8. Tüp iç ve dış yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.
9. Tüp üzerinde okunaklı olarak cm yazları ve numaraları bulunmalıdır.
10. Tüpün arkasında konektör olmalıdır.
11. Tüpün ucunda Murphy ucu olmalıdır.
12. Balansuz olmalıdır.
13. Oral ve nazal kullanıma uygun olmalıdır.
14. Depo teslimi sırasında en az 2 yıl raf ömrü olmalıdır.
15. Tüp numaraları 3 ve 3,5 olmalıdır.
16. Numune getirilmesi zorunludur. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Teklifi veren firmanın ürünü muayene komisyonu tarafından uygun bulunmadığı takdirde şartnamenin herhangi bir maddesine dayandırılmadan ihale dışı bırakılabilir.

Doc.Dr. Yasar Enyılmaz  
Doğubeyazıt Devlet Hastanesi  
Uzm. Dr. Benlihan İRT  
Çocuk Hastalıkları  
Dip. Tes. No. 173749