



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **2 KALEM SARF MALZEME ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **22.03.2021** tarih ve saat 14:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya **ddhsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

e-imzalıdır
Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	VENTRİKÜLER DRENAJ SETİ	ADET	5		
2	EKSTERNAL LOMBER DRENAJ SETİ	ADET	5		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

e-imzalıdır.
Uzm Dr Demet ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 7a495d82-0418-45ef-84a4-afddcbdb0126

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI

Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

e-Posta:

Internet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Bilgi için: Serra KIRAÇ

TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47



VENTRİKÜLER DRENAJ SETİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ (Antibiyotiksiz)

1. Ventriküler Drenaj Kiti'nde 120ML derecelendirilmiş büret olmalıdır. İstenilen zaman aralığında büret içine dolan BOS miktarı kolaylıkla ölçülebilmelidir.
2. Ventriküler Drenaj Kiti'nde büret ve torba arasında klips olmalı, hazneye dolan BOS miktarı ölçüldükten sonra klips açılarak büret içindeki sıvının torbaya aktarımı yapılabilmesi ve boş kalan büret ile sonraki ölçümler doğru olarak yapılmalıdır.
3. Ürün etilen oksit ile steril edilmiş ve çift paketli olmalıdır. Sistem içinde bir adet drenaj torbası ve bir adet ventrikül kateter kiti olmalıdır.
4. Hasta hattının bürete giden bölümünde sıvı geri kaçışını engelleyici 1 adet tek yönlü valf bulunmalıdır.
5. Büretin üst kısmında bakteri geçişini engelleyen sıvıdan etkilenmeyen hidrofobik filtre bulunmalıdır.
6. Büret ve filtre arasında klips olmalıdır.
7. Drenaj torbası hacmi en az 700 ml olmalıdır. Drenaj torbası üzerinde kolay okunabilir volume işaretleri olmalıdır.
8. Kite hem mmHg hem de cmH₂O olarak derecelendirilmiş basınç ölçek bandı bulunmalıdır.
9. Ventriküler Drenaj Kiti'nde drenaj torbası bağlama ipi bulunmalıdır.
10. Ventriküler Drenaj Kiti'ndeki kateter MRI ve CT uyumlu olmalıdır.
11. Ventriküler Kateter radyoopak çizgili ve silikon elastomerden yapılmış olmalı ve lateks içermemelidir.
12. Sistemin ventriküler kateter uzunluğu en az 31 cm olmalı ve çapı 8 F olmalıdır.
13. Hem erişkin hem de çocuk için kullanılabilmelidir.
14. Torba içinde sıvının kolayca torba içinde akmasını sağlayacak ve torba iç çeperinin yapışmasını engelleyecek kanal yapısı olmalıdır.
15. Torba üst kısmında sıvı akışının kolayca gözlenebileceği integral damlama haznesi olmalıdır. Torba dolunca boşaltılabilir olmalıdır.
16. Hasta bağlantı hortumu yeterli uzunlukta olmalıdır.
17. Tek parça ve integral dizaynda olmalıdır.
18. Torba alt kısmında konikal dizaynda sert malzemedden üretilmiş drenaj çıkışı olmalıdır. Bu drenaj çıkışının uç kısmında su geçirmez kapak olmalıdır.
19. En az 2 yıl steril tarihli olmalıdır.


Uzm. Dr. Mehmet İker ÖZER
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Uzm. Dip. Tes. No: 137687
Subayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz
Etiler - Beşiktaş - İstanbul

EKSTERNAL LOMBER DRENAJ SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. BOS'un lomber subaraknoid aralıkta drenajı veya BOS akışının izlenmesi için tasarlanmış olmalıdır.
2. Lomber Drenaj Kiti'nde 120ML derecelendirilmiş büret olmalıdır. İstenilen zaman aralığında büret içine dolan BOS miktarı kolaylıkla ölçülebilmelidir.
3. Lomber Drenaj Kiti'nde büret ve torba arasında bürete dolan BOS'tan örnek almaya olanak sağlayan 1 adet latekssiz enjeksiyon portu bulunmalıdır.
4. Lomber Drenaj Kiti'nde hasta hattı üzerinde 1 adet 3 yollu musluk ve musluk üzerinde BOS örnek alımını ve intra lumbar ilaç gönderimini sağlayan latekssiz enjeksiyon portu bulunmalıdır.
5. Lomber Drenaj Kiti'nde hasta hattının bürete giden bölümünde sıvı geri kaçışını engelleyici 1 adet tek yönlü valf bulunmalıdır.
6. Lomber Drenaj Kiti'nde bütetin üst kısmında bakteri geçişini engelleyen, sıvıdan etkilenmeyen hidrofobik filtre bulunmalıdır. Büret ve filtre arasında klips olmalıdır.
7. Lomber Drenaj Kiti'nde drenaj torbası üzerinde bakteri geçişini engelleyen, sıvıdan etkilenmeyen hidrofobik filtre bulunmalıdır.
8. Lomber Drenaj Kiti'nde değiştirilebilir ve boşaltılabilir 700ML'lik drenaj torbası olmalıdır.
9. Lomber Drenaj Kateteri, MRI ve CT uyumlu olmalıdır.
10. Kateter, kateter lümeninin çökme olasılığını en aza indirmek üzere tasarlanmış, baryum emili silikon elastomer tüpten yapılmış olmalı, lateks içermemelidir.
11. Kateterin kapalı peritoneal ucu radyopak tantalum emili silikon elastomer ile doldurulmuş olmalıdır.
12. Kateterin iç çapı 0,76mm, dış çapı 1,65mm, uzunluğu 80cm olmalıdır. 14G ebatında Tuohy iğnesi verilmelidir.
13. Kateterin kapalı uç kısmından itibaren 11, 16, 21 ve 26cm uzaklıkta (5cm aralıklarla), 4 adet uzunluk işareti olmalıdır.
14. Kateterin luerlock bağlantı konnektörü ve buna bağlı konnektör kapağı ve sıkıştırma kolları olmalıdır.

Uzm. Dr. Mehmet İlker ÖZER
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Uzm. Dış. Tes. No: 137887
Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz
Etiler Hastanesi