T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

29.03.2021

Sayı: 143
Konu: STERİLİZASYON İÇİN HİDROJEN PEROKSİT KİMYASAL İNDİKATÖR VE OTOKLAV MARUZİYET BANDI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 02.04.2021 saat: 12:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	HİDROJEN PEROKSİT KİMYASAL İNDİKATÖR			5000	Adet		
2	OTOKLAV MARUZİYET BANDI			100	Adet		
						Genel Toplam	

Teklif Eden
.../.../2021
Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Hidrojen peroksit Sterilizatörü Kimyasal İndikatör Teknik Şartnamesi

- Hidrojen Peroksit sterilizasyonu için özel üretilmiş olmalıdır.
- Hidrojen Peroksit kimyasal indikatörü polistirendenmamül bir strip olmalıdır.
- İndikatöün üzerinde üretim, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- Hidrojen Peroksit kimyasal indikatörünün kimyasal formülü ve reaksiyon mekanizması belgelenebilmelidir.
- ISO 11140 Sınıf 1'e uygunluğu belgelenmelidir.
- Teslim tarihi itibari ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
- Normal oda şartlarında (15-30ºC, %35-60 nem) saklanabilmelidir.

Vedat ÇELİK
M.S.Ü. Sorumlusu

Buhar Sterilizasyonu Maruziyet Bandı Teknik Şartnamesi

- Steril edilmiş paketleri diğerlerinden ayırt etmek için kullanılmalıdır,
- Kumaş, plastik, kağıt, metal ve cam üzerine kolayca yapışabilmeli ve üzerine yazı yazılabilmelidir.
- Maruziyet sonrasında banttaki renk değişikliği ne olmalı, yoruma açık olmamalıdır.
- Krep sırt yapısıyla esnek ve kopma direnci yüksek olmalı, sterilizatör içindeki basınç değişikliği sırasında oluşan genleşmeye toleranslı olmalı, yırtılmamalı, yerinden çıkmamalıdır,
- Yapıştığı yüzeyde kalıntı bırakmamalıdır.
- Bant halkasının içinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası bulunmalı ve buhar için kullanılacağını belirten ibare bulunmalıdır.
- Normal oda koşullarında (15-30°C, %35-60 nem) saklanabilmelidir,
- ISO 11140 standartlarına göre Sınıf 1'e uygunluğu bulunmalıdır.
- Teslim tarihi itibari ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır.

Vedat ÇELİK
M.S.Ü Sertifikalar