T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

05.08.2021

Sayı: 205
Konu: HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN 7 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM İŞİ

Sayın.....

Hastanemiz ve bağlı birimlerde kullanılmak üzere aşağıdaki listede miktarı ve birimi belirtilen 7 Kalem mal/ hizmet 4734 Sayılı K.İ.K 'nun 22/d maddesine göre alımı yapılacaktır. İlgili alıma ilişkin KDV hariç birim fiyatınızı yazılı ve tasdikli olarak 11.08.2021 günü saat 10:00'e kadar Patnos Devlet Hastanesi Satın Alma Birimine gönderilmesi/teslim edilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	CERRAHİ ELDİVEN PUDRALI STERİL NO:8	4000	Adet		
2	CERRAHİ ELDİVEN PUDRALI STERİL NO:7,5	5000	Adet		
3	CERRAHİ ELDİVEN PUDRALI STERİL NO:7	3000	Adet		
4	CERRAHİ ELDİVEN PUDRALI STERİL NO:6,5	2000	Adet		
5	ÇAM UÇLU ENJEKTÖR	300	Adet		
6	ÜÇ YOLLU MUSLUK	500	Adet		
7	İ.V KANÜL (BRANÜL/İNTRAKET/ANJİOKET) NO:24G - SARI	10000	Adet		

Son Teklif Verme Tarihi: 11.08.2021 günü saat 10:00'e Teklif Verme gün ve saatine göre fax/mail ile gönderilebilecek asılları elden yada kargo/posta yolu ile teslim edilmelidir. **(patnosdh@hotmail.com)**

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.

2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

4-Malzeme teslimde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.

5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.

6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

8-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkot ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkot ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rükû edilecektir.

9-İdaremiz en düşük fiyat kabul etme zorunda olmayıp malzeme seçiminde verimlilik kalite malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kraterleri değerlendirir.

10-Teknik şartname ekte olup şartname uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

PUDRALI CERRAHİ ELDİVEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Lateksten imal edilmiş olmalıdır.
2. Eldivenin bilek kısmı uzun konçlu olmalı, konç bileği kavramalı, çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır.
3. Konçun kenarı yırtılma ve gevşemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır. Eldiven koncu, ameliyat sırasında kullanılırken boks gömleğinin manşetini kavramalı, bırakmamalıdır.
4. Eldivenlerin iç yüzü kolay giymeyi sağlayacak kaydırıcı ile kaplanmış olmalı, kullanılan madde eldiven içinde topaklanma ve parmak uçlarında birikme yapmamalıdır.
5. Paket açıldığında eldivenler yapışık olmamalı, kolay giyilebilmelidir.
6. Her pakette sağ ve sol olmak üzere bir çift eldiven bulunmalı, iç ambalajda eldiven numarası ve sağ-sol eldiveni belirten yazılar olmalıdır. Eldivenler pakete (sağ-sol) ters konmamalıdır.
7. İç paket, dış pakete (paket ve eldivenler) ikiye katlanacak şekilde konmamalıdır.
8. Pudralı olacaktır.
9. Eldivenler müdahele için cilde dokunulduğunda cilt hissedilebilmelidir. (Dokunma hissi hassasiyeti olmalı).
10. Eldiven giydirilirken kontaminasyonu önlemek için koncu kolay açılmalı, esneme özelliği olmalıdır. Açarken yırtılmamalıdır.
11. Eldiven numarası ile uyumlu olmalı, giyildiğinde ele tam oturmalıdır. Parmak uçlarında boşluk kalmamalı, potluk olmamalıdır. Eldiven parmak diplerine tam oturmalıdır. Başparmak açıldığında eldivenin avuç içinde çekme, potluk oluşmamalıdır.
12. Paket içindeki eldivenler birbirinden farklı dokuda olmamalıdır. Eldiven dokusu ince-kalın dalgalı, pütürlü veya delik olmamalıdır. Parmak uçlarında doku eldiven dokusundan daha kalın olmamalıdır.
13. Eldivenler uzun süre kullanıldığında ve ıslandığında yapış, yapış olmamalıdır
14. Raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az bir (1) yıl olmalıdır
15. Paket üzerinde imalat ve son kullanma tarihi, sterilizasyon yöntemi ve tarihi, eldiven özelliğini numarasını ve özelliklerini belirten yazılar olmalıdır. Paketin açılma yönünü gösteren işaretler olmalıdır.
16. Ambalajlar yırtık, deforme olmamalı, ambalajlar istenildiğinde steril tekniğe uygun bir şekilde yırtılmadan kolay açılabilir olmalıdır. Depolama sırasında yırtılmaya neden olmaması için paket içinde fazla hava boşluğu(bombe) olmamalıdır.
17. İhale sonrası alımı yapılan eldivenlerde seri hata çıkması halinde ait olan numaranın tüm eldivenleri yeni ürünle değiştirilmelidir.
18. Numune getirmesi zorunludur. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Patnos Devlet Hastanesi
BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ
Rabia CENGİZ

ENJEKTÖR 50 CC ÇAM AĞAÇI UÇLU ENJEKTÖRÜ ŞARTNAMESİ

1. Enjektörler tek kullanımlık ve steril olmalı
2. Piston ucu kauçuk olmalı, plastik başlı olmalı.
3. Enjektör üst kısmı %6 eğimli çam ağacı (4cm± 2uzunlukta0,4cm±2genişlikte) uçlu olmalı
4. Enjektör ucu her çeşit foley, nelaton, N/G vb. kateterle kullanıma uyumlu olmalı
5. Enjektör üzerinde cc ve dizyem çizgileri olmalı
6. Pistonu kolay hareket edebilir olmalı
7. Negatif basınç uygulandığında hava kaçağı yapmamalı
8. Ambalajı şeffaf, tekli ambalajlanmış ambalaj kenarları iyi preslenmiş ve sterilizeyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalı
9. Ambalajın üzerinde üretim ve son kullanma tarihi olmalı, raf ömrü 2 yıl olmalı
10. Çam ucunun istenildiğinde kapalı durması için kapağı bulunmalıdır.

Patnos Devlet Hastanesi
BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ
Rabia CENGİZ

3 Yollu Musluk Teknik Şartnamesi

1. Musluk mayi akışını (sıvı akışı) yönlendirmek veya aynı anda birden fazla mayi vermek amacıyla yapılmış olmalıdır.
2. Musluğun gövdesi şeffaf, polikarbonattan imal edilmeli, akışı kontrol eden kısım değişik renklerde (kırmızı, mavi, sarı) ve 360 derecede rahatlıkla dönebilir, şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
3. Musluk Psi (sıvı basıncı) basınca dayanıklı olmalıdır.
4. Musluğun çıkış noktalarından iki tanesi dişi luer kilit, bir tanesi erkek luer kilit yapıda olmalıdır.
5. Musluğun üzerinde üretim ile son kullanım tarihleri bulunmalıdır.
6. Numune üzerinde değerlendirme yapılacaktır.

Patnos Devlet Hastanesi
BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ
Rabia CENGİZ

TEKNİK ŞARTNAMESİ
BRANÜL [SARI]

1. Kanül kısmı Virgin teflon (PTFE) den yapılmış olmalıdır.
2. Kanül X-ray ışınlarına karşı radioopak özellik taşımalıdır.
3. Enjeksiyon portu olmalı ve kontaminasyona neden olmaması için portu kapaklı olmalıdır.
4. Kanülün IV puşe yapılan enjeksiyon portu kapağı tam oturmalı, istemsiz açılmamalı; açıldığında Kapağın yere düşmesini engelleyici kanül gövdesine bağlantısı olmalı, açmak için çekildiğinde kopmamalı ve çıkmamalıdır.
5. IV kanülün kapağı vidalı olmalı ve serum seti, kan seti step-cock ve vb. bağlantılarla uyumlu olmalıdır.
6. Renk kodlu olmalı, çapları dünya standardına uygun olmalıdır.
7. İğne kılıfı damara girerken çelik iğne ile uyumlu olmalı, iğne uç bilemeleri uzun eğimli olmalı; ucu çapaklı, tırtıklı ve künt olmamalıdır.
8. Plastik kılıf, kaygan ve şeffaf olmalı, delik ya da çatlak olmamalıdır.
9. Yapısal özelliği nedeniyle damara ve dokuya zarar vermemeli, kolayca girmeli ve kolay ilerlemeli, damara girerken plastik kılıf büzülmemeli, geriye kıvrılmamalı, plastik kılıf uç kısmı dümdüz kesilmiş olmamalı, giderek yuvarlatılmış olmalıdır.
10. I.V. kanül el içinde tutulabilir olmalıdır.
11. I.V. kanül koruyucu kapağının dış ucu kapalı olmalıdır.
12. Açma, kapama sistemi olmalıdır.
13. Steril tekli paketlerde olmalıdır.
14. İntraket ambalajı steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalıdır.
15. Ambalaj üzerinde sterilazasyon ibaresi olmalı, üretim ve son kullanma tarihi yazılı olmalı ve depo teslim tarihi itibari ile en az 2 yıllık raf ömrüne sahip olmalı

Patnos Devlet Hastanesi
BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ
Rabia CENGİZ