

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

08.09.2021

Sayı: 376

Konu: İNFÜZYON POMPA SETİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 13.09.2021 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	İNFÜZYON POMPA SETİ ÇİFT YOLLU			5000	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) zımalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## İNfüZYON POMPA SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Setler steril paketlerde tek parça halinde ve Blister ambalaj içerisinde olmalıdır.
2. Setin damla haznesi en az 10 ml. hacminde olmalıdır.
3. Setin Seruma giren kısmı keskin ,kırılmayacak kadar dayanıklı ve kullanıcı güvenliği açısından seruma giren kısmında yaralanmaları önlemek için destek kulakçıkları bulunmalıdır.
4. Setler Silikonize hortumdan imal edilmiş olmalıdır.
5. Setlerde istem dışı serbest akışın yaşanmaması için makaralı klemp bulunmalı ve ilaveten ek güvenlik klempleri de bulunmalıdır.
6. Set boyu en az 250 Cm olmalıdır ve hortum kırılıp büküldüğünde eski halini almalıdır.
7. Setler tekli Blister ambalaj içerisinde bulunmalıdır.
8. Her bir Ambalaj üzerinde mutlaka Türkçe olarak Setin özellikleri,Uyarılar,Üretici adı,İthalatçı adı Adresi, Lot No, Üretim ve Son kullanma tarihi yazmalıdır.
9. Setten ayrılmaz nitelikte 2 Adet Y enjeksiyon portu olmalı ve bir adedi İnfüzyon Pompa cihazı ayar mekanizmasından önce olmalıdır.
10. Y enjeksiyon portları Kesinlikle toksik madde olan LATEKS içermemelidir.
11. Setin hastaya takılan ucu Luer Lock male şeklinde olmalı ve ucunda bir adet kapak bulunmalıdır.
12. Setler Latex, Dehp ve Ftalat içermemelidir ve bu özelliklerin tümü mutlaka ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
13. Gönderilen sıvı miktarlarında oluşabilecek hata paylarının önlenmesi amacıyla kullanılacak Set Servislerde bulunan Cihazlarla aynı marka olmalıdır.
14. Set hem Mediflex ambalaj hemde Vakumlu Cam Şişelerde kullanıma uygun olacak şekilde hava yolu kapağı bulunmalıdır.
- 15-Setin haznesininde Filtresi bulunmalıdır.

Aybüke Nazik SARIKAYA  
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi