

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

08.09.2021

Sayı: 379  
Konu: AMELİYAT MİKROSKOBU KILIFI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 13.09.2021 saat: 10:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KAMERA KILIFI			2000	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden  
.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) imalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## KAMERA KILIFI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Kılıf şeffaf Polietilen malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 2) 8 mikron kalınlığında olmalıdır.
- 3) Kılıfın eni 13-14 cm genişliğinde olmalıdır. Uzunluğu 250 cm (+-10) olmalıdır.
- 4) Kameranın kolay geçebilmesi için kılıf da karton olmalıdır ve istenildiğinde bir yere asılabilmesi için kartonda yuvarlak delik olmalıdır.
- 5) Kılıf akordiyon şeklinde içe katlanmış olmalıdır.
- 6) Kılıf üçgen şeklinde kapama olmalıdır ve ucu preforeli olmalıdır, yapışkan bandı olmalıdır.
- 7) Kılıf steril tekli poşetlerde olmalıdır üretim tarihi son kullanım tarihi ürünün barkod numarası olmalıdır.
- 8) Kılıflar 50 adetlik kutularda olmalıdır.
- 9) TC sağlık bakanlığı ilaç ve tıbbi cihaz ulusal bilgi bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve ürünlerde sağlık bakanlığı tarafından onaylıdır ibaresi olmalıdır. İhaleye katılan firmada söz konusu ürüne ait bayilik kodu da bulunacaktır.

Zeliha GÜNER  
Biyomedikal Teknikeri

Kadriye ÖZGENT  
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi  
Ağrı Eğitim ve Araştırma  
Hastanesi

Alime Medetoglu  
Ardı Hane  
Ardı Hane