

T.C  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/797  
KONU : Teklife Davet

17.09.2021

**Teklif Mektubu Davet**

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **EKG KAĞIDI ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 20/09/2021 tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada [diyadindh@gmail.com](mailto:diyadindh@gmail.com) adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

  
Mehmet İLBOĞA

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam
1	EKG KAĞIDI ALIMI	120	ADET		

UYGUNDUR

17/09/2021

Dr. Vedat ARSLAN  
Başhekim


**NOTLAR:**

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler( rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

**TC**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**Diyadin Devlet Hastanesi**

**EKG KAĞIDI TEKNİK**  
**ÖZELLİKLERİ**

1. Ekg kağıdı Biocare ie12a cihazı ile uyumlu olmalıdır.
2. Ekg kağıdı 210mm x 140mm boyutlarında ve 140p yapraktan oluşmalıdır.
3. Ekg kağıtları Z katlı olmalıdır.
4. Ekg kâğıdı numunesi dendikten sonra karar verilecektir.
5. Ekg kağıdı cihazda sıkışmamalı ve kağıt cihaz yazıcısına toz bırakmamamalıdır.
6. Ekg kağıdı termal özellikte olmalı ve grafikler üzerinde net ve belirgin bie şekilde çıkmalıdır.
7. Ekg kağıdı 12 kanallı ekg cihazına uyumlu ölçülerde olmalıdır.
8. Kağıtta milimetrik kareler bulunmalıdır.
9. Raf ömrü üretildiği zamandan itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
10. Ekg kağıdı bi karton içinde ve katon üstünde ekg kağıdının ölçüleri ve markası yazılı olmalıdır. Her ekg kağıdı ambalajı ince jelatin ile kaplanmalıdır( neme karşı korunmalı).
11. Kağıt üretim hatalarına karşı firma garantisi altında olmalıdır.

  
Güven ÇELİK  
Tasınır Kayıt Yetkilisi