



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
ELEŞKİRT İLÇE DH İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ
21/09/2021 09:49 - E-36472700-949-1052



İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemiz hemodiyaliz ünitesinin ihtiyacı olan aşağıda yazılı olan malzemenin alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi 27.09.2021 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	Hemodiyaliz Cihazları İçin Sitrik Asit	250	Adet		
Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi satinalmaeleskirtdh@gmail.com				Teklif Eden .../.../2021 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza	

- Ek : Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
- Satınalmanın Yapılacağı Birim: ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ
- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
 - Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
 - Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
 - Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
 - Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
 - Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
 - İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
 - Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
 - Teknik Şartname ektedir.
 - En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
 - Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
 - Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
SİTRİK ASİT TEKNİK ŞARTNAMESİ



1-GENEL ÖZELLİKLER

- 1) Ürün, hemodiyaliz cihazlarının iç dezenfeksiyonunda kullanıma uygun olmalıdır.
- 2) Ürün, volümetrik karıştırma prensibi ile çalışan hemodiyaliz cihazlarında kullanıma uygun olmalıdır.
- 3) Ürün, %50 Sitrik Asit, içermelidir.
- 4) Ürün, 56 °C'ı dezenfeksiyonunda, Bakterisid (Staphylococcus aureus, pseudomonas aureginosa, Enterococcus hirae), Fungusid (Candida Albicans), Virüs (poliovirüs, Adenoid 75, Human Adenovirüs, HIV, HBV, HCV), mikobakterisid (Mycobacterium terrae, mycobacterium avium) etkili olmalıdır.
- 5) Ürün CE belgesine sahip olacaktır.
- 6) Ürün ambalajı, 5 litrelik bidonlarda ve kilitli kapaklı olmalıdır.
- 7) Ürünün toksik etkisi olmamalıdır.
- 8) Cihazın dezenfeksiyon programıyla, dezenfeksiyon ve dekalsifikasyon yapabilmelidir. Kan kalıntıları ve kalsiyum karbonatı çöze bilmelidir.
- 9) Ürün, kokusuz olmalı, renk veren katkı maddeleri içermemelidir.
- 10) Ürün, berrak ve akışkan olmalı, kendine has kokulu olmalı, içinde tortu bulunmamalıdır.
- 11) Ürün, miadı en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
- 12) Ürünün istenildiği takdirde, Ürün güvenlik bilgi formu firma tarafından verilmelidir.
- 13) Ürün numuneleri ve gerekli olan belgeler, ürünün ta lep eden bölüm tarafından incelenmiş ve uygunluğu onaylanmış olmalıdır.

BİRİM SORUMLUSU
ERGÜL YAMAN

DİYALİZ HEMŞİRESİ
KÜBRA ERGÜN

DİYALİZ HEMŞİRESİ
M.NURİ ÇETİN

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
ELEŞKİRT İLÇE DH İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ
21/09/2021 09:49 - E-36472700-949-1052



00148340261