



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
ELEŞKİRT İLÇE DH İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ
21/09/2021 09:50 - E-36472700-949-1053
00148340462

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemiz hemodiyaliz ünitesinin ihtiyacı olan aşağıda yazılı olan malzemenin alım işi 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi 27.09.2021 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	Hemodiyaliz İşlemi İçin Diyalizör Alımı	750	Adet		
Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi satinalmaeleskirtdh@gmail.com				Teklif Eden .../.../2021 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza	

Ek : Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satın Almanın Yapılacağı Birim: ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmaların yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.



T.C. SAĞLIK
BAKANLIĞI

AĞRI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
DİYALİZÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

1-GENEL ÖZELLİKLER/

DİYALİZÖR SENT. MBRN. 1,7-1,8

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
ELEŞKİRT İLÇE DH İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ
21/09/2021 09:50 - E-36472700-949-1053



00148340462

- 1-Diyalizörlerin Membran metaryali biouyumlu tam sentetik (PAN,PMMA,polyamid poroktan, polysulfaone, Polyethersulfone) olmalıdır
- 2-Diyalizör hollowfiber yapıda olmalıdır
- 3-Diyalizörlerin membran yüzey alanı ve miktarı aşağıda belirttikleri gibi olacaktır.
- 4- Diyalizörlerin ultrason katsayısı (Kuf Değeri 30-85 ml/saat/mmHg) arasında olmalıdır.
- 5-Diyalizörlerin maksimum TPM 500mmHg basıncına dayanıklı olmalıdır.
- 6-Diyalizörün yıkanması esnasında kullanılan serum fizyolojik miktarı 1000 ml?yi geçmemelidir.
- 7-Diyalizörler steril olmalı sterilizasyon yöntemi Gama veya Buhar olmalıdır.
- 8-Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.
- 9-T.C. Sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli saklama koşulları olmalıdır.
- 10-Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi,son kullanma tarihi, lot ve referans numarası bulunmalıdır.
- 11-Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SÜT KOŞULLARINA UYMALI ve Türkçe olmalıdır.
- 12-Sözleşmenin imzalanmasına müteakip merkezin isteği doğrultusunda partiler halinde teslim edilecektir.
- 13-İhaleye iştirak eden firmalar teklif edecekleri ürünlere ait orijinal dökümanları ve 5(beş)adet numuneyi ihaleden 7 gün önce üniteye teslim edeceklerdir. İhale ü getirilen numuneler kesinlikle değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 14-Firma üretim hatası olan veya kırılan ve patlayan ürünleri bire (1) oranında değiştirmeyi taahhüt edecek ve bu belge ihale dosyasında bulunacaktır.
- 15-Firma miadının dolmasına 4 (dört) ay kala kullanılmayan ürünü değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

DİYALİZ SORUMLUSU
ERGÜL YAMAN

DİYALİZ HEMŞİRESİ
KÜBRA ERGÜN

DİYALİZ HEMŞİRESİ
M.NURİ ÇETİN