

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

05.10.2021

Sayı: 404

Konu: MUAYENE MASASI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 11.10.2021 saat: 10:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	MUAYENE MASASI			10	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) malıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

MUAYENE MASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Masa metal malzemeden yapılmış olmalıdır.
2. Masanın üzerinde en az 5 cm kalınlığında, sert sünger içeren, dayanıklı materyal ile kaplı tercihen vinil kaplı sabit minder bulunmalıdır.
3. Masanın üzeri kaliteli yanmaz ve alkolden zarar görmeyen yapıda olmalı ve kolaylıkla silinebilmelidir.
4. Masanın eni en az 60 cm ve boyu en az 180 cm olmalıdır.
5. Masanın yerden yüksekliği en az 65cm olmalıdır.
6. Masanın boyası kaliteli elektrostatik boya ile boyanmış olmalıdır.
7. Masalardan 2 tanesinde masaya monte edilmiş en az 1 adet çekmece olmalıdır.
8. Masaların baş tarafında, başın yerleştirileceği boyutta açıklık olmalıdır. İsteğe göre tekrar kapatılmasını sağlayacak aparatı olmalıdır.
9. Masanın baş kısmı +75 dereceye kadar ayarlanabilir olmalıdır.
10. Masa imalat ve fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz, 10 yıl ücreti mukabilinde servis ve yedek parça garantili olmalıdır.
11. Masa T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) sistemine kayıtlı olmalı ve Sağlık Bakanlığınca onaylı olmalıdır.
12. Tedavi masası yerli imalat ise üretici firmanın üretici olduğuna dair Sanayi Bakanlığı'ndan alınmış Kapasite belgesi olmalıdır.
13. Firma tedavi masasının resmini göndermelidir, numuneler görüldükten sonra değerlendirme yapılacaktır.
14. Cihaz muayene kabul sırasında tüm maddeler uygunluk alınacak şekilde teslim edilecektir. Şartnamede yazılı olan özellikleri sağlamadığı takdirde, sağlayan özelliklerde cihaz ilgili firma tarafından getirilecektir.
15. Cihaz teslimatı firma tarafından yapılacak olup, kargo ile teslimatlar kabul edilmeyecektir.

Zeliha GÜNER
Biyomedikal Tekniker

Kadriye ÖZGENT
Taşınır Kontrol ve Kontrol Yetkilisi
Ağrı Eğitim ve Araştırma
Hastanesi