T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

15.10.2021

Sayı:267
Konu: Fiyat Teklifi

Sayın.....

Hastanemizde kullanılmak üzere aşağıdaki listede miktarı ve birimi belirtilen 1 Kalem mal işi 4734 Sayılı K.İ.K 'nun 22/d maddesine göre alımı yapılacaktır. İlgili alıma ilişkin KDV hariç birim fiyatınızı yazılı ve tasdikli olarak 18.10.2021 günü saat 11:00'e kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine patnosdh@hotmail.com adresine gönderilmesi/teslim edilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	AZOT PROTOKSİT (N2O) GAZI %99.0 SAFLIK	500	KG		

Son Teklif Verme Tarihi: 18.10.2021 günü saat 11:00'e Teklif Verme gün ve saatine göre fax/mail ile gönderilebilecek asılları elden yada kargo/posta yolu ile teslim edilmelidir.
1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4-Malzeme teslimde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkot numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
9-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkot ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkot ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rükû edilecektir.
10- Yukarıdaki malzeme veya malzemelere teklif veren firmalar verilen teklif kalemlerine istinaden Numune gönderilmesi zorundadır. Gönderilmeyen Numunelerin teklif fiyatları değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11-İdaremiz en düşük fiyat kabul etme zorunda olmayıp malzeme seçiminde verimlilik kalite malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kraterleri değerlendirir.
12-Marka ve teslimat süresi belirtilecektir.
13-Teknik şartname ekte olup şartname uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır.

Sıra No	İstenen Malzeme	Özellikleri	Miktar	Birim Fiyatı Tutarı
1	AZOT PROTOKSIT GAZI		500 KİLO	

- AZOT PROTOKSİT GAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İhale konusu A zot Protoksit Gazı hastaların ameliyatlarında kullanılacak olup verilecek gazdan doğabilecek her türlü komplikasyonlardan sadece firma sorumlu olacaktır, ve bu sorumluluğu ihalede belge ile taahhüt edecektir.
2. Azot Protoksit gazı yerli ise TSE belgesine ithal ise dünya standardı belgesinden birine sahip olacak ve ihalede belgelenecektir.
3. Verilecek Azot Protoksit Gazı yerli ise üretim ve dolum belgesine ithal ise ıthal, dolum ve depolama izin belgesine, yerli ise üretim, dolum ve depolama izin belgesine sahip olacaktır. Belge Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü (İlaç ve Tıbbi Cihaz durumu) tarafından verilmiş olacaktır, Ayrıca yüklenicinin depolama ve
dağıtım izin belgesi olup, bu belge,Sağlık Bakanlığına bağlı yetkili kurumlardan alınmış olacaktır ve belgelendirilecektir.
4.Azot Protoksit gazının içindki toksik maddelerin oranını belirten belgeyi ihalede vereceklerdir

Verilecek Azot Protoksit gazı dolu tüpleri;

a) Boyalı olacaktır
b) tüplerde renk şeridi olacak
lc) rtlr üzerir de solunabllen ibaresi yazılı olacak.
d) Başlıklı ve başlıkları mühürlü olacak
e) Periyodik bakımları ve testleri yapılacak
f) dolum ve test tarihlerini İhtiba eden etiket olacaktır.
g) Vanaları sağlam olarak verilecekir.(arızalı vanalar değiştirilecektir.)
h) Arızalı tüpler değiştirilecektir.
ı) Tüpler aynı tip olacak. (dikişsiz çelik tüp olacak)

5.Azot Protoksit tüplerinin dışı gri (ra. 7000) renkte,üst kısmında mavi renkli şerit olacaktır ve tüpun içindeki gaz cinsinin çevresel olarak tüp üzerine tüp tabanından 2 /3 'ü yükseklik ve standartta uygun şeklide yazılmalıdır.

6.Azot protoksit tüp başının bir yanal yüzeyinde bulunması gereken işaretler;

a) Üretici firmaa ambleml.
b) Dikişsiz çelik tüplerin imalatı TS EN 9809-1,-2-3; 2011 işaretl ve numarası.
e) Seri numarası
d) Tüpün boş kütlesi (valf ve kapak hariç kg olacaktır.)
e) Tüpleri muayene yapan firma ve kuruluşun tescil damgası.

7. Azot protoksit tüp başının karşıt yanal yüzeyinde bulunması gerekli işaretle

a) Tüp sahibi firmanın adı ve markası
b) Tüp sahibi firmaya ait tüp numarası
c) Tüp üzerinde dency basıncı ve işletme basıncı (ib-pasca.1)

Fesih YILDIRIM
Teknik Birim Sorumlusu