

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

20.10.2021

Sayı: 445

Konu: 2 Kalem Trokarlı Toraks Kateteri Alımı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 26.10.2021 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	TORAKS KATETERİ TROKARLI STANDART UÇ 8CH			20	Adet		
2	TORAKS KATETERİ TROKARLI STANDART UÇ 10CH			10	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

**TROKARLI TORAKS KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**  
(625.08)

1. Kateter, yenidoğan bebeklerde plevral drenaj için tasarlanmış, plevra boşluğuna uyum sağlayacak esnek yapıda olmalıdır.
2. Kateter, PVC materyalden üretilmiş olup, travma oluşturmayan yuvarlatılmış açık distal uca sahip olmalıdır.
3. Kateter trokarı mukavemeti yüksek paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
4. Kateter, 8 fr çapında ve 8 cm uzunluğunda olmalıdır.
5. Kateter, her santimetrede bir yanal deliklere ve derinlik işaretçilerine sahip olmalıdır.
6. Kateter üzerinde X-Ray ışını altında görüntülenebilmesini sağlayan radyopak çizgi bulunmalıdır.
7. Kateter her türlü bağlantıya uyum sağlayacak proksimal uç tasarımına sahip olmalı, bağlantı için orijinal adaptörü ile birlikte verilmelidir.
8. Kateter, CE Belgesi'ne sahip olmalıdır.
9. Kateter, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
10. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az iki yıl miadlı olmalıdır.
11. Malzemeler son kullanma tarihi üç ay kala hastanenin bildirimine istinaden değişim yapılacaktır.

AEA  
ANKARA ÇELİK HASTANESİ  
Uzm. Dr. Esra BEŞER  
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı  
Neonatoloji Yarıdalı Arası Görevlisi  
Dip Tesis No: 157381/424357

YDDB Sorumlusu  
Halil LEWİK

## TROKARLI TORAKS KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kateter, yenidoğan bebeklerde plevral drenaj için tasarlanmış, plevra boşluđuna uyum sağlayacak esnek yapıda olmalıdır.
2. Kateter, PVC materyalden üretilmiş olup, travma oluşturmayan yuvarlatılmış açık distal uca sahip olmalıdır.
3. Kateter trokarı mukavemeti yüksek paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Trokar, uygulama kolaylığı sağlayan tutma mekanizmasına sahip olmalıdır.
4. Kateter, 10 fr çapında ve 8 cm uzunluğunda olmalıdır.
5. Kateter, her santimetrede bir yanal deliklere ve derinlik işaretçilerine sahip olmalıdır.
6. Kateter üzerinde X-Ray ışını altında görüntülenebilmesini sağlayan radyopak çizgi bulunmalıdır.
7. Kateter her türlü bağlantıya uyum sağlayacak proksimal uç tasarımına sahip olmalı, bağlantı için orijinal adaptörü ile birlikte verilmelidir.
8. Kateter, CE Belgesi'ne sahip olmalıdır.
9. Kateter, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
10. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az iki yıl miadlı olmalıdır.
11. Malzemeler son kullanma tarihi üç ay kala hastanenin bildirimine istinaden deđişim yapılak.

AEA  
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ  
Uzm. Dr. Esra BEŞER  
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı  
Neonatoloji Yan Dal Aritmi Gözetimi  
Dip Te. No: 124357

YDJB Sorumlu  
Halil KESKİ  
K