

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

11.11.2021

Sayı: 478

Konu: 4 KALEM LARİNGOSKOP AMPULÜ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 17.11.2021 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	LARİNGOSKOP BLADE NO:1 YETİŞKİN AMPUL			2	Kutu		
2	LARİNGOSKOP BLADE NO:2 YETİŞKİN AMPUL			2	Kutu		
3	LARİNGOSKOP BLADE NO:3 YETİŞKİN AMPUL			2	Kutu		
4	LARİNGOSKOP BLADE NO:4 YETİŞKİN AMPUL			2	Kutu		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

**Ek : Teknik Şartname**

**satınalmanın Yapılacağı Birim:**

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallerinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## LARİNGOSKOP AMPULÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) İstenilen ampüller RİESTER marka Laringoskop setine uygun olmalıdır.
- 2) İstenilen Ampuller 1 adet kutu içerisinde 6 adet ampul olmalıdır.
- 3) İstenilen parçalar orjinal kutu içerisinde olmalıdır.
- 4) Ampuller bladelerin üzerinden kolaylıkla takıp çıkarılabilmelidir.
- 5) Türkiye Standartlarına uygun olmalıdır.
- 6) İstenilen parçalar garantili olacaktır.

**Fırat DURAK**  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Biyomedikal Sorumlusu

**Zeliha GÜREP**  
**Zeliha GÜRER**  
Biyomedikal Teknikeri