

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

11.11.2021

Sayı: 479
Konu: EKG PUAR ÇAN ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 17.11.2021 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	EKG PUAR ÇANI YETİŞKİN			30	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

EKG PUAR ÇAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Ekg puarı çanı 1 adet EKG puarı vidalı yapıda olacaktır.
- 2) Tüm ekg kablolarına uyumlu olacaktır.
- 3) Düz pim, banana ve çit çit uçlu kablolar için uyumlu olmalıdır.
- 4) Ekg puarının çan kısmı paslanmaz ve iletkenliği yüksek olmalıdır.
- 5) Hasta üzerinde uzun süre kalabilen ve sürekli kontrol edilmesine gerek duyulmayacaktır.
- 6) EKG puarı tüm ekg kabloları ile uyumlu olacaktır.
- 7) Vidalı bir yapıya sahip olan ekg cihazı puarı ürününün en önemli bölümü olan çan kısmı paslanmaz malzeme kullanılarak üretilmiş olacaktır.
- 8) Uzun süre kullanım olanağı sunmalıdır.
- 9) Reaksiyonlara neden olmamalıdır.
- 10) 1 kutu içerisinde 6 adet olmalıdır.
- 11) Türkiye standartlarında olmalıdır.
- 12) Garantili olmalıdır.

İsmail DİHAÇ
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Sorumlusu

Zelika GÜRER
Biyomedikal Teknikeri