

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

11.11.2021

Sayı: 482

Konu: OTOSKOP AMPULÜ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 17.11.2021 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	OTOSKOP AMPULÜ			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

OTOSKOP AMPULÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) İstenilen ampüller RIESTER marka otoskop setine uygun olmalıdır.
- 2) İstenilen Ampuller 2.7 V. ile çalışabilmelidir.
- 3) İstenilen parçalar orjinal kutu içerisinde olmalıdır.
- 4) Ampuller otoskoba kolaylıkla takıp çıkarılabilmelidir.
- 5) Türkiye Standartlarına uygun olmalıdır.
- 6) İstenilen parçalar garantili olacaktır.

Fırat DURAK
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal sorumlusu

Op. Dr. Mehmet Emin YAVUZ
Göz Hastalıkları Uzmanı
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm.
Uzm. Dr. F. YAVUZ
Dip. Tes. No: 1480339

Uzm. Dr. Filiz GÜLTEKİN AÇIKGÖZ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm.
Dip. Tes. No: 143576
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi