T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DH İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ
18/11/2021 15:52 - E-36472700-949-1360

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda yazılı olan malzemelerin alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi ₺ üzerinden 22.11.2021 Saat: 16:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin					KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi		Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	Anguldurva		3	Adet		
Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi **satinalmaeleskirtdh@gmail.com**					Teklif Eden ..../..../2021 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza	

Ek : Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
Satınalmanın Yapılacağı Birim: ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

- **Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.**
- **Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.**
- **Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.**
- **Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.**
- **Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.**
- **Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.**
- **İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.**
- **Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.**
- **Teknik Şartname ektedir.**
- **En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.**
- **Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.**
- **Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.**

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
ELEŞKİRT İLÇE DH İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ
18/11/2021 15:52 - E-36472700-949-1360

ANGULDURVA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ulusal (TSE) veya uluslararası standartlara uygun olmalı.
2. Anguldurva başlığı rulmanlı sistem olmalıdır.
3. - Angldruva gövdesi, krom kaplama olmalıdır.
4. - Angldruva devri, 40.000 rpm. olmalıdır.
5. - Angldruva, mavi kuşak , 1:1 hız aktarım oranına sahip olmalıdır
6. - Mikromotordan aldığı devri anında freze iletmelidir.
7. - Frez takıp çıkartma , Push-button kartuşlu sistemli olmalıdır,
8. - Dıştan sulu sistem olmalıdır.
9. - Angldruva, tek sprey soğutma olmalıdır.
10. - Alet özel ambalajında olmalı, ambalaj üzerinde modeli ve seri numarası yazmalıdır.
11. - Termal Dezenfektöre ve Otoklavda 134 C'ye kadar steril edilebilmelidir.
12. - Başlıklar Avrupa menşeili olmalı
13. Anguldurva da ağız içi tükürük, sıvı ve diğer yabancı maddelerin türbin kafasına girmesini önleyen ve böylece uzun türbin ömrü sağlayan ve kontaminasyonu önleyen bir temiz kafa sistemi olmalıdır.
14. Anguldurva, push button (anahtarsız frez değiştirme) sistemine sahip olmalıdır.
15. Anguldurva kafası gerektiğinde kolayca sökülüp yenisi ile değiştirilebilmelidir.
16. Numune gösterilmelidir, uygun görülen numunenin alımına kara verilecektir.
17. En az iki yıl garantili olmalıdır.
18. Kurum ilk üç ay iade hakkını saklı tutmaktadır.
19. Hasarlı cihazın tamir süresinde kuruma aynı özelliklere sahip geçici süreliğine cihaz temin edilmelidir.

Eleşkirt Devlet Hastan
Dt. Adem
Dip.No:8314
Dip.Tes.No:48

Eleşkirt Devlet Hastanesi
Dt. Candide ATİLLA
Diş Hekimi
Diş.No: 78755
Dip.Tes.No: 51494