



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **2 KALEM MALZEME (DİYALİZÖR) ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **25.11.2021 tarih ve saat 10:00'a** kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	DİYALİZÖR 1.6 M ²	ADET	400		
2	DİYALİZÖR 2.0 M ²	ADET	100		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uzm.Dr. Demet ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 47385258-81b1-4f5f-acdf-cbd974bd90d Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

Satın Alma Birimi

Telefon: Faks No: 0 (472) 312 54 47

İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Bilgi için: Dursun DİNLER

Veri Hazırlama ve Kontrol İşlt.

Telefon No: (0 472) 312 60 47



DIYALİZÖR 1.6m2 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Diyalizör hollow fiber yapıda, High-flux diyaliz yapabilmektedir.
- 2) Diyalizörlerin dış yapısı kırılma ve çatlamalara karşı dayanıklı olması.
- 3) Membran hızlı bir şekilde bio uyumluluğunu gösterebilmektedir.
- 4) Yüzey alanları 1.6m2 olmalıdır.
- 5) Diyalizör bio uyumlu bir niteliğe sahip olmalıdır. Bu açıdan aşağıdaki özellikleri göstermelidir.

Protein absorpsiyonu olmalıdır.

Kompleman aktivasyonuna yol açmamalıdır.

Düşük trombojenisiteye sahip olmalıdır.

6) Maksimal kan akımı 200-600 ml/dak arasında olmalı.

7) Sterilizasyon en az 3 yıl geçerli olmalı ve tekniği bio uyumlu olmalı, sterilizasyon yöntemi Buhar, Inline Buhar olmalıdır.

8) Diyalizör biofonksiyonel nitelikte olmalı bu açıdan diyalizörün Üre, Kreatinin, Fosfat, B12 vitamini invitro klirens ve KOA değerlerinin QB=200 ml/dak. Koşullarında olduğu deneysel belgelerle kanıtlanmalıdır.

9) Diyalizör membran materyali aşağıdaki maddelerden yapılmış olmalıdır.

Helixone olacaktır.


10) Membran ortalama 600 mmhg basınca dayanıklı olmalı bu basınçlarda rüptasyon görülmemeli.

11) Diyalizörlerin duvar kalınlıkları 30-40 mikron olmalıdır. Kuf en az 40 ml/h – 80 ml/h arasında olmalıdır.

12) Diyalizörler Arter-Ven seti ve diyalizat giriş çıkış bağlantı yerlerinde koruyucu kapak bulunmalıdır.

13) Üretim hatası bulunan veya herhangi bir nedenle kullanılması mümkün olmayan diyalizörlerin satıcı firma tarafından değiştirilmesi taahhüt edilecek ve ihale dosyasında komisyona sunulacaktır.

Gizem AYCAN
Diyaliz Tekniker



DIYALİZÖR 2.0 TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL ÖZELLİKLER

- 1) Sentetik materyalli high-flux diyalizör 2.0m²
- 2) Uf katsayısı 65>ml h/mmHg
- 3) fosfat klirensi >239nl/dk
- 4) kreatinin klirensi >250ml/dk
- 5) üre klirensi >274ml/dk

Gizem AUCAN
Diyaliz Teknikeri

