

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

22.11.2021

Sayı: 505

Konu: DİYALİZ TUZU ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 26.11.2021 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULU TAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	DİYALİZ TUZU			4	TON		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

TABLET DİYALİZ TUZU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Diyaliz Merkezi su arıtma sisteminin rejenerasyonunda kullanılabilir olmalıdır. Pirojenik olmamalıdır.
- 2-Kaliteli rafine edilmiş tuzdan yapılmış olmalı içerisinde reçine, filtre ve membranları olumsuz yönde etkileyecek (tortu kil, kum vs) yabancı madde içermemelidir.
- 3-Tabletlerde pestisit kalıntısı O(sıfır) olmalıdır..Bu durum analiz raporu (özel veya resmi) ile belgelenmelidir.
- 4-Tabletler 5 -10gr preslenmiş tabletler halinde olmalıdır.
- 5-Tabletler iyon değiştirici su yumuşatma, Reverse osmos ve diyaliz su sistemlerinde kullanılmak için hazırlanmış ultra rafine tablet olmalıdır.
- 6-Tabletler uygun basınçta preslenerek uygun çözünürlükte olmalı, su ile temas ettiğinde hemen çözünmemelidir.
- 7-Ambalaj şekli 15-30 kilogram halinde poliprolenjüt çuvalarda tablet şeklinde olmalıdır.
- 8-ISO ve TSE kalite belgeli olmalıdır.
- 9-Tablet tuzların etiketlerinde Tarım ve Köy İşleri Bankalığı ruhsat numarası ve tarih üretim yeri ve tarihi, üretici firma ismi ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
- 10-Firmalar tablet tuzlarının analiz raporunu ihale sırasında yanlarında bulunması gerekmektedir.
- 11-Analiz raporları aşağıdaki değerleri sağlamalı ; Nacı oranı Rutubet Miktarı Suda Erimeyen Madde Asitte Erimeyen Madde Magnezyum :%0.01 :%0.1 :kendine özgü :beyaz renkli ve tablet :%99.9 :%0.14Ca :%0 Sülfat :%0 Koku ve Tat :%0.01 Renk ve görünür Tortu bırakmamalıdır. Fe, Cu, Hg, Zn, As, ve Pb gibi istenmeyen element içeriği en fazla %0.01 olmalıdır.
- 12-Solüsyonlarda teknik kullanım yönünden ilerde herhangi bir problem olduğunda eldeki malzemenin uygun malzeme ile değiştirilmesi taahhüdünde bulunmalıdır.
- 13-Hemodiyaliz ünitesinde reverse osmosis su sistemi yumuşatıcıları için kullanılabilir şeffaflık ve kalitede olacaktır.(Rafine tuzdan mamul olacaktır). ~
- 14-Su geçirmeyecek içi naylonlu çift katlı şekilde ambalajlanmış olacaktır

Zeliha GÜRER
Biyomedikal Teknikeri

Kadriye ÖZGENT
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
Ağrı Eğitim ve Araştırma
Hastanesi