

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

29.11.2021

Sayı: 280

Konu: Fiyat Teklifi

Sayın.....

Hastanemizde kullanılmak üzere aşağıdaki listede miktarı ve birimi belirtilen 1 Kalem mal alım işi 4734 Sayılı K.İ.K 'nun 22/d maddesine göre alımı yapılacaktır. İlgili alıma ilişkin KDV hariç birim fiyatınızı yazılı ve tasdikli olarak 03.12.2021 günü saat 11:00'e kadar Satın Alma Birimine patnosdh@hotmail.com adresine gönderilmesi/teslim edilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KAN GRUBU TAYINI (ABO+RH) TAYINI (FORWARD GRUPLAMA)+ABO REVERSE GRUPLAMA	4000	Adet		

Son Teklif Verme Tarihi: 03.12.2021 günü saat 11:00'e Teklif Verme gün ve saatine göre fax/mail ile gönderilebilecek asılları elden yada kargo/posta yolu ile teslim edilmelidir.

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.

2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.

5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.

6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

8-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkot numarası ile Sut kodunun belirtecektir.

9-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkot ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkot ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rükû edilecektir.

10- Yukarıdaki malzeme veya malzemelere teklif veren firmalar verilen teklif kalemlerine istinaden Numune gönderilmesi zorundadır. Gönderilmeyen Numunelerin teklif fiyatları değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11-İdareimiz en düşük fiyat kabul etme zorunda olmayıp malzeme seçiminde verimlilik kalite malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kraterleri değerlendirir.

12-Marka ve teslimat süresi belirtilecektir.

13-Teknik şartname ekte olup şartname uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır.

T.C.

AĞRI VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

**AĞRI PATNOS DEVLET HASTANESİ KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ
(YETİŞKİN)KAN GRUBU (ABO FORWARD REVERSE) KARTLARI İLE BİRLİKTE
TEMİN EDİLECEK SİSTEME İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMEDİR.**

A. KONU: Ağrı Patnos Devlet Hastanesi Kan Transfüzyon Merkezi ihtiyacı olan kit karşılığı temin edilecek ve ABO Forward,Reverse gruplama kitleri bitinceye kadar kullanılacak kan gruplama sistemi ve kitlerinin teknik şartnamesidir.

B. TEST KİTLERİNİN CİNSİ VE MİKTARI:

Yetişkin Forward , Reverse ABO Kan Grubu test kartı

4000 adet

YETİŞKİN FORWARD & REVERSE ABO KAN GRUBU TEST KARTI

1. Kartlar çalışmaya başlamak için bir ön hazırlık gerektirmemelidir.
2. Mikrotüpler orijinal jel içermelidir. Jeller fiziksel koşullar altında parçalanmamalıdır.
3. Teklif edilen jel kartlarında kullanılan tüm reaktifler monoklonal olmalıdır. Kartlarda test geçerliliğini kontrol etmek için kontrol mikrotüpü bulunmalıdır. (Kartlar tek kart,tek hasta) özelliği ile çalışılmalıdır
4. Tüm reaktifler ve kartlar üretici firmaya ait orijinal etiketi taşıyacak, etiketin üzerinde son kullanma tarihi, lot numarası, seri numarası ve saklama koşulları, barkod gibi bilgiler olmalıdır
5. Testlerde süspansiyon modifiye LISS (Low Ionic Strength Solution) ile hazırlanmalıdır. Testlerde kullanılacak solüsyonlar kitlerle aynı marka olmalı ve açılmamış orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Firma tekliflerinde taahhütte bulunacaktır.

T.C Sağlık Bakanlığı
AĞRI PATNOS DEVLET HASTANESİ
Dr. Dr. İzzet KUZUL
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Patnos Yo: 151325

6. Modifiye LISS solüsyonu uygun pipet temin edilmelidir. pipet 12.5 µL, 25 ve 50 µL ye ayarlanabilir olmalıdır.
7. Tanı işlemini yapabilmek için en az A/B/D/Ctl/A1/B mikro tüplerini içermelidir.
8. Reverse gruplama sisteminde kullanılacak yeterli miktarda A1, B test hücresi ücretsiz olarak, eşit miktarda kan merkezinin ihtiyacını karşılayacak periyodlarda ve yeter miktarda verilmelidir.

Rh subgrubu için kullanılacak kartlarda Rh sisteminin tüm alt gruplarını Kell antijenlerini tayin etmek üzere en az D/C/c/E/e/Kell mikrotüpleri ve test geçerliliğini kontrol etmek amacı ile ayrıca bir kontrol tüpü bulunmalıdır. Kartta bulunan Anti-D reaktifi tüm zayıf D (Dv1-, Dv1+, vb) pozitifliklerini tespit edebilmelidir. Pipetlere ait bakım, onarım ve kalibrasyon yüklenici firma sorumluluğundadır.

C. GENEL İHALE ŞARTLARI

1. Kan Merkezi, teklif verilen malzemenin (kart, hücre ve solüsyonların) transport ve teslimat sırasında, kötü koşullarda saklanma, içeriklerinde fiziksel hasar dahil kendi denetimi dışında oluşabilecek her türlü sorun ile ilgili hiçbir sorumluluk taşımaz. İlgili firma bu tür durumlarda Kan Merkezi tarafından yapılacak yazılı başvuruyu takip eden 7 (yedi) gün içinde ücretsiz olarak yenileri ile değiştirmelidir.
2. Benzer biçimde, malzeme içeriklerinin bildirilenden eksik çıkması durumunda ilgili firma tüm eksiklikleri ön görülen test çalışma koşullarına uygun biçimde gidermekle yükümlüdür.
3. Kartlar orijinal ambalajında olmalı, tüm kartların muhafazaları 18–25+°C (kitler oda sıcaklığında muhafaza edilebilir olmalıdır. Test bütünlüğü için anti-serum, dilüent, buffer, substrat, kalibratör, hücre panelleri, kan grubu antijen-antikorları vb. tek ürün ve sistem kaynaklı olmalıdır. Bu testlerin yapılması için gerekli olan tüm reaktifler ve reaktif hücreler için gereken reaktif serum ve hücreler firma tarafından paket kapsamında ücretsiz olarak teslim edilecektir.
4. Kan grubu, kartlarının tamamının saklama koşulları oda sıcaklığında değilse, kartlar saklama koşullarına uygun, firma tarafından ücretsiz getirilen CE belgeli kit saklama dolabında saklanacaktır.
5. Kit ve sarf malzemeleri kan merkezinin isteği doğrultusunda kan merkezine teslim edilmeli ve bu kitlerin kuruma teslimatı sırasında son kullanma tarihleri en az 6 (Altı) ay olmalıdır.

T.C Sağlık Bakanlığı
AĞRI PAZARI İL VİLET NAFİSİ
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Etil Tes. No. 1111

- Pipet ucu ,otomatik pipet,steril cam tüpler,kitlerin tamamının toplamının bir buçuk katı kadar hemogram tüpü , dilüent vb. sarf malzemeleri firma tarafından ücretsiz karşılanmalıdır.
6. Verilecek kartların hangi testlerde kullanıldığı kart üzerinde açıkça belirtilmeli ve orijinal katalogla ispatlanmalıdır.
7. Tüm kartlar çalışmaya başlamadan önce bir ön hazırlık gerektirmemelidir. Tüm reaktifler üretim esnasında mikrotüplere konulmuş olmalıdır.
8. Kullanılan cihaz ya da kartlarda çıkabilecek sorunlara müdahale edip çözebilecek ve 24 (yirmi dört) saat ulaşılabilecek teknik destek hizmeti sağlanmalıdır.
9. İhaleyi alan firmanın kitlerinin ve sarf malzemelerinin teslimatındaki sorunları nedeniyle ya da kitlerin kullanımına sunulan cihazların arızaları halinde kan merkezindeki iş akışı bozulacağı için ilgili firma aynı gün içinde cihaz yenisi ile değiştirilecek ve tam fonksiyonlu çalışır şekilde kan merkezine teslim edilecektir.
10. İhaleyi alan firma ihale bitim tarihinden itibaren kan merkezindeki kitler bitinceye kadar bekleyeceğini ve yeni ihale kendisinde kalmazsa yeni sistem kuruluncaya kadar cihazlarını hastaneden götürmeyeceğini, bu süre zarfında her türlü giderlerini karşılayacağını taahhüt etmelidir
11. Teslim edilen kitlerin kullanımı sırasında; anormal hasta sonuçlarının tekrarı ya da kitlerin sorunlu olması nedeni ile harcanan testler ücretsiz olarak yüklenici firma tarafından tamamlanacaktır.
12. Testlerin çalışabilmesi için gerekli her türlü sarf malzemesi ve kitler en geç 7 (yedi) gün içinde hastaneye teslim edilecektir.
13. Test kartlarının Sağlık bakanlığı izin belgesi olmalıdır.
14. Kitler bitmeden santrifüj cihazı kaldırılamaz.
15. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda idari şartname hükümleri geçerlidir.
16. Teknik Servis için TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olmalıdır.
17. Teknik Servis için Sanayi ve Ticaret bakanlığı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi olmalıdır.
18. Verilecek Cihazlar için T.C. Sanayi Bakanlığı Garanti belgesi olmalıdır
19. Medikal Cihazlar yetkili satıcı firmanın satış ve servisi ISO 9001:2000 belgesinin kapsamında olmalıdır.

T.C. Sağlık Bakanlığı
AĞRI PATNOS DEVLET HASTANESİ
Dr. Dr. Cem KUZU
Kadın Hastalıkları Uzmanı
T.C. Sağlık Bakanlığı