

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
TUTAK DEVLET HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

13.01.2022

Sayı: 6

Konu: 2 ADET CERRAHİ ASPİRATÖR ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 20.01.2022 saat: 09:00 'a kadar [tutak.satinalma@hotmail.com](mailto:tutak.satinalma@hotmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Murat DİVARCI  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ASPİRATÖR CİHAZLARI, ASPİRATÖR CİHAZI (ÇİFT KAVANOZLU), TAŞINABİLİR, HASTA BAŞI			2	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 60 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

**Tutak Devlet Hastanesi Personel Birimi**  
Van yolu üzeri Tutak/AĞRI  
(Faks No: 0 (472) 4112083  
İnternet Adresi:

Bilgi: Ayşe BALTA  
Unvanı : Tıbbi Sekreter  
E-Posta: ayse.balta@saglik.gov.tr

## CERRAHİ ASPİRATÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz aspirasyon gerektiren tüm cerrahi işlemlerde, ameliyathane, yoğun bakım ve acil ünitelerinde kullanılmaya uygun olmalıdır.
2. Cihaz 134 °C steril edilebilen iki adet 3 lt. kapasiteli polikarbon malzemeden imal edilmiş kavanoza sahip olmalıdır.
3. Kavanozların klinik alanı dışına kadar açılmadan taşınabilmesi için kavanozun gövdesine takılıp çıkartılabilen taşıma kulbu olmalıdır.
4. Opsiyonel olarak cam kavanoz ya da tek kullanımlık kavanoz takılabilir özellikte olmalıdır.
5. Cihazın üzerinde asıl ve yedek kavanoz seçimini sağlayan bir düğme bulunmalıdır. Kavanoz değişimi hortum ya da konnektör değiştirmek suretiyle yapılmak zorunda olmamalıdır.
6. Cihazın kavanoz kapaklarında, taşmayı, pompaya sıvı kaçmasını önleyen ve bakteri tutucu özellikte hidrofobik filtreler bulunmalıdır.
7. Cihazın şamandıralı ve en az 200 ml kapasiteli emniyet kavanoz sistemi bulunmalıdır. Emniyet kavanoz sistemi, kullanıcının en rahat görebileceği yerde konumlandırılmış olmalıdır.
8. Cihazın tabanı, çarpmalara karşı dayanıklı plastik malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Cihaz dört adet en az 70 mm çapında ve ikisi antistatik, ikisi frenli tekerleğe sahip ve mobil olmalıdır.
9. Cihazın gövdesi ve metal aksamları korozyona karşı korumalı malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
10. Cihaz, yüksek vakum ve yüksek hava akışı üretmeli, kesintili yük ile sürekli çalışmaya uygun olmalıdır.
11. Cihaz deniz seviyesinde 0 ile 720 mmHg vakum sağlayabilecek güçte olmalıdır.
12. Cihaz üzerinde yer alan vakum göstergesi 0-760 mmHg ve 100kPa skalaya sahip olmalıdır.
13. Cihaz üzerinde hava kaçak sistemi ile çalışan ve vakum değerini ayarlamaya yarayan vakum ayar düğmesi bulunmalıdır.
14. Cihaz yağsız tip (bakıma ihtiyaç duymayan) vakum pompasına sahip olmalıdır.
15. Cihazın ortama verdiği gürültü seviyesi maksimum 55 desibel olmalıdır.
16. Vakum pompası en az 60 lt/dk hava akışı sağlayacak güçte olmalıdır.
17. Cihazın üzerinde bir adet ışıklı açma-kapama anahtarı bulunmalıdır.
18. Cihazın ölçüleri E\*B\*Y 430\*460\*820 mm olmalıdır. (+/-20mm)
19. Cihaz 220 Volt, 50-60 Hz şehir şebekesi ile çalışmalıdır.
20. Cihaz ile birlikte aşağıdaki standart aksesuarlar verilmelidir.
  - 2 metrelik aspirasyon hortumu 2 Adet
  - Aspirasyon kanülü 2 Adet

Deniz ÇETİ  
Birim Sorumlusu

İsmail HANCI  
Hemşire

**CERRAHİ ASPİRATÖR CİHAZI**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- Sonda kabı ve taşıyıcısı 1 Adet
  - Hidrofobik filtre 10 Adet
21. Cihaz TS EN ISO 10079-1 standardına uygun olmalıdır.
22. Cihaz imalat ve montaj hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantili olmalıdır. Garanti süresinin dolmasından sonraki 10 yıl boyunca cihazın ücreti karşılığında yedek parça temin garantisi olmalıdır.
23. Üretici firma ISO 9001 ve ISO 13485 kalite yönetim sistemi belgelerine sahip olmalıdır.

Sera İZLER  
Hemşire  
Jan

Deniz ÇELİK  
Birim Sorumlusu

Murat DİVARCI  
İdari ve Mali İşler Müdürü