

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

26.04.2024

Sayı: 126
Konu: SIVI AZOT TANKI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 03.05.2024 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	TIBBİ GAZ / JENERATÖR / SIVI TANKLARI - TÜPLERİ, TIBBİ AMAÇLI SIVI AZOT TANKI 75.1 - 100.0 LT			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Sıvı Azot Gazı Muhafaza Tankı Teknik Şartnamesi

- SIVI AZOT TANKI EN AZ 50LT OLMALIDIR.
- STATİK BUHARLAŞMA KAYIP ORANI GÜNDE MAKSİMUM 0.118 LİTRE OLMALIDIR
- STATİK TUTMA SÜRESİ EN AZ 282 GÜN OLMALIDIR.
- AKTARMA ÜNİTESİ ÜZERİNDE EN AZ İKİ ADET BASINÇ EMNİYET VALFİ VE MANUEL TAHLİYE VALFLERİ MEVCUT OLMALI, TANK İÇERİSİNDEKİ BASINÇ TEHLİKE SINIRINA YAKLAŞTIĞINDA OTOMATİK VALF AÇILARAK, TAHLİYE SAĞLAMALI VE TANKTAKİ BASINCI REGÜLE ETMELİDİR.
- AKTARMA ÜNİTESİNİN MUSLUĞU SIÇRAMAYI ÖNLEYEN ÖZEL BİR FİLTREYE SAHİP OLMALIDIR.
- AKTARMA ÜNİTESİ ÜZERİNDE BASINÇ DEĞERİNİ GÖSTERİR BASINÇ MANOMETRESİ OLMALIDIR
- AKTARMA ÜNİTESİ ÜZERİNDE 3.CÜ EMNİYET SİSTEMİ OLARAK GERGİLİ YAY SİSTEMİ MEVCUT OLMALIDIR.
- SIVI AZOT AKTARMAK İÇİN GEREKLİ EKİPMAN SIVI AZOT TANKINA MEKANİK OLARAK MONTE EDİLEBİLMELİDİR.

GARANTİ VE BAKIM-ONARIM: CRYO CİHAZI İMALAT HATALARINA KARŞI 2 (İKİ) YIL ÜCRETSİZ, 10 (ON) YIL ÜCRETLİ BAKIM ONARIM VE YEDEK PARÇA GARANTİLİ OLMALIDIR.

Fatmanur ALLAHVERDİ
Biyomedikal Teknikeri

