

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

04.03.2021

Sayı: 76

Konu: AŞI BİRİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE FRİDGE TAG-2 ALIM İŞİ

Sayın.....

Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerde kullanılmak üzere aşağıdaki listede miktarı ve birimi belirtilen 1 Kalem mal/ hizmet 4734 Sayılı K.İ.K 'nun 22/d maddesine göre alımı yapılacaktır. İlgili alıma ilişkin KDV hariç birim fiyatınızı yazılı ve tasdikli olarak 10.03.2021 günü saat 10:00'e kadar Müdürlüğümüz Destek Hizmetleri Başkanlığı Mali Hizmetler Birimine gönderilmesi/teslim edilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SICAKLIK ÖLÇÜM, DİJİTAL, ORTAM SICAKLIK VE NEM KAYDEDİCİ / TERMOHİGROMETRE ISI - NEM SENSÖRÜ	2	Adet		

Son Teklif Verme Tarihi: 10.03.2021 günü saat 10:00'e Teklif Verme gün ve saatine göre fax/mail ile gönderilebilecek asılları elden yada kargo/posta yolu ile teslim edilmelidir. (patnosdh@hotmail.com)

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkot ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas olmadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkot ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rükû edilecektir.
- 9-İdareimiz en düşük fiyat kabul etme zorunda olmayıp malzeme seçiminde verimlilik kalite malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kraterleri değerlendirir.
- 10-Teknik şartname ekte olup şartname uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

Fridge Tag -2 TEKNİK ŞARTNAME

1. Cihaz, Soğuk Zincir'in (+2°C ile +8°C arası) uzun süreli olarak kolay takip edilmesi amacıyla kullanıma uygun olmalıdır.
2. -10°C ile +45°C arasında rahatlıkla çalışabilir ve aynı sıcaklık aralığındaki değerleri ölçebilmelidir.
3. Cihaz gün içerisinde gördüğü en yüksek ve en düşük sıcaklık ayarlarını hafızasında tutacak özellikte olmalıdır.
4. Cihaz, monitörü üzerinde saati ve anlık ısı ölçümünü gösterebilmelidir.
5. Fridge Tag-2 cihazı sıcaklık ölçümlerini geriye dönük 60 gün süre ile kayıt etme özelliklerine sahip olmalıdır.
6. Cihaz monitörü üzerinde son 30 gün içerisinde soğuk zincirin kırılıp kırılmadığı, soğuk zincir kırıldıysa 8 dereceden yukarıda veya 2 dereceden aşağıda olduğu takip edilebilmelidir.
7. Cihaz ve ölçüm güvenliği için cihaz içi açılmaz olmalı piline kullanıcı müdahale edilememelidir.
8. Cihaz soğuk zincirin dışında 60 dakikadan uzun süre kaldığı takdirde ekranda 'ALARM' uyarısının, sürekli soğuk zincir ısı aralığında kaldığı takdirde ise, 'OK' uyarısının belirtilmesi özelliğine sahip olmalıdır.
9. Cihazın sıcaklık ölçme hassasiyeti $\pm 0,5$ ° C olmalıdır.
10. Cihazın ısı ölçümü yaptığı zaman aralıklarını gösterirken yanılma payı ± 1 dakikadan uzun olmamalıdır.
11. Cihaz, istenildiğinde bir USB bağlantısı aracılığı ile bilgisayara bağlanarak son 60 günlük sıcaklık değerleri PDF formatında rapor olarak verebilmelidir.
12. Fridge Tag -2 cihazı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Performance Quality Safety (PQS) kataloğunda yer almalıdır.

İmza TETİK
