

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TUTAK DEVLET HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

24.03.2021

Sayı: **27**
Konu: HEMODİYALİZ ÜNİTESİ KARTUŞ FİLTRE ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 31.03.2021 saat: 15:00 'a kadar tutak.satinalma@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

MURAT DİVARCI
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HEMODİYALİZ KARTUŞ FİLTRE 222 O-RİNGLİ MELT - BLOWN / SPUN GEÇİRGENLİK 1 MİKRON BOYU 10 İNÇ			80	Adet		
2	HEMODİYALİZ KARTUŞ FİLTRE 222 O-RİNGLİ İPLİK SARMA GEÇİRGENLİK 5 MİKRON BOYU 10 İNÇ			80	Adet		
3	HEMODİYALİZ KARTUŞ FİLTRE 222 O-RİNGLİ İPLİK SARMA GEÇİRGENLİK 25 MİKRON BOYU 10 İNÇ			80	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Malzemeler sipariştten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Tutak Devlet Hastanesi Personel Birimi
Van yolu üzeri Tutak/AĞRI
(Faks No: 0 (472) 4112083

Bilgi: Ayşe BALTA
Unvanı : Tıbbi Sekreter
E-Posta: ayse.balta@saglik.gov.tr

KARTUŞ FİLTRE TEKNİK ŞARTNAME

10" İNÇLİ K 25, 5 VE 1 MİCRON KARTUŞ FİLTRE TALİMATI

- 1- Filtrenin yapısı eritilmiş polipropilen iplik yapıda olmalıdır.
- 2- Kesintisiz filament yapıda ve filtrasyon hassasiyeti yüksek çift oringli yapıda olmalıdır.
- 3- Ürüne ait ISO belgesi ve NSF (Gıda Güvenlik Sertifikası) olmalıdır ve teklif esnasında komisyona sunulmalıdır.
- 4- Ürünün teknik bilgileri etiket üzerinde görülmelidir ve ürün etiketi ambalajın iç kısmında olmalı ve üretim aşamasında konmalıdır.

Etiket üzerinde;

- a- Nominal filtrasyon micron seviyesi
 - b- Filtrenin Boyu/ Uzunluk (İnç veya mm birim cinsinden)
 - c- Filtrenin iç çapı (inç veya mm birim cinsinden)
 - d- Filtrenin NST belgelendirme işareti
 - e- Ürün marka bilgileri ve içeriği
 - f- Filtrenin üretim tarihi ve lot numarası
- 5- Ürün 90 °C ısıya mukavemet gösterebilmelidir.
 - 6- Ürüne ait ısı ve kimyasal maddelerde kullanım tablosu olmalıdır.
 - 7- Ürünün dış muhafazası için kullanılan PVC vakumlu poşet olmalıdır.
 - 8- Ürün bilgilerinin olduğu etiket, vakumlu poşet içinde bulunmalıdır.
 - 9- Ürün etiketinde üretici firma bilgileri bulunmalıdır.
 - 11- Ünitimizde kullanılan 10 inç çift oringli housinglere tam uygun 1, 5, ve 25 micron mertebesinde olmalıdır.
 12. İhale sonrası malzeme alımı tarafımızca istenilen tarihe ve yere yapılmalıdır.

Esra İŞLER

Diyaliz Hemşiresi



Serkan ADİGÜZEL

Diyaliz Hemşiresi



YUSUF ÇİFTÇİ

Diyaliz Teknikeri

