

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

09.04.2021

Sayı: 27

Konu: AMELİYATHANE BİRİMİ İHTİYACI OLAN ORTOPEDİ MOTOR KESİCİ UÇ ALIM İŞİ

Sayın.....

Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerde kullanılmak üzere aşağıdaki listede miktarı ve birimi belirtilen 1 Kalem mal/ hizmet 4734 Sayılı K.İ.K 'nun 22/d maddesine göre alımı yapılacaktır. İlgili alıma ilişkin KDV hariç birim fiyatınızı yazılı ve tasdikli olarak 15.04.2021 günü saat 14:30'e kadar Patnos Devlet Hastanesi Satın Alma Birimine gönderilmesi/teslim edilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAC LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	DRILL UCU YÜKSEK DEVİRLİ KESİCİ UÇ (YİVLİ)	1	Adet		

Son Teklif Verme Tarihi: 15.04.2021 günü saat 14:30'e Teklif Verme gün ve saatine göre fax/mail ile gönderilebilecek asılları elden yada kargo/posta yolu ile teslim edilmelidir. (patnosdh@hotmail.com)

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.

2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.

5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.

6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

8-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkot ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkot ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rükû edilecektir.

9-İdareimiz en düşük fiyat kabul etme zorunda olmayıp malzeme seçiminde verimlilik kalite malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kraterleri değerlendirir.

10-Teknik şartname ekte olup şartname uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

ORTOPEDİ MOTOR KESİCİ UCU(70mmX20mmx0,035)

- 1.testere ucu hastanemizde kullandığımız ortopedi kesici motoru **STRYKER MARKA SYSTEM 5** modeline uygun olmalı
- 2, Operasyon esnasında görüşü engellemeyecek bir tasarıma sahip, küçük ve hafif olmalıdır.
- 3,Uygulanan gücü sabit tutan bir sisteme sahip olmalıdır .
- 4.kesici testere ucu numene değerlendirmesi yapıp sonra uygunluğa karar verilecek.
- 5.ürün her türlü sterilazasyon yöntemlerine dayanıklı ve uygun olmalı,paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı.
- 6.üretim hatalarına karşı en az 1 yıl firma garantili olmalı
- 7.kesici bıçaklar motora rahatça takılabilmeli, vida somun anahtar gibi ek ataçman gerektirmemelidir
- 8.ürün ortopedinin küçük ve ince kemiklerin ameliyatında kullanıma uygun olmalı(ör:halluks valgus ameliyatı)
- 9.ürün boyutları uzunluk en fazla 70mm,genişlik en fazla 20mm,kalınlık 0.035 olmalı

Op.Dr.Osman Burak KAPLAN
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Testi No: 466422
Patrol: Devlet Hastanesi