



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
ELEŞKİRT İLÇE DH İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ
27/04/2021 14:00 - E-36472700-000-393



İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemiz hemodiyaliz biriminin ihtiyacı olan ve aşağıda yazılı olan malzemenin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi ₺ üzerinden 03.05.2021 Saat: 12:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	Su Analiz Kiti	2	Adet		
2					

Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi
satinalmaeleskirtdh@gmail.com

Teklif Eden
.../.../2021
Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret
Unvanı
Kaşe-İmza

- Ek : Teknik Şartname: Teklif verecek firmalar marka ve model belirtmelidir. Marka belirtmeyen firmaların teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- Satın Alınan Yapılacağı Birim: ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ
- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
 - Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
 - Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
 - Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
 - Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
 - Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
 - İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
 - Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
 - Teknik Şartname ektedir.
 - En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
 - Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
 - Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
SERTLİK, Klor ve PH ÖLÇÜM TEST KİTİ TEKNİK
ŞARTNAMESİ

1-GENEL ÖZELLİKLER/

- 1.)SUYA SERTLİK VEREN MADDE MİKTARLARINI FRANSIZ SERTLİK DERESESİNE GÖRE ÖLÇÜMLEYEBİLEN YAPIDA GEREKLİ SOLÜSYONLARI İÇEREN
- 2.)HER BİR DAMLA TİPRASYON ÇÖZELTİSİ =1 Fr (1 FRANSIZ ÖZELLİĞİNE SAHİPTİR.)
- 3.)SUDA BULUNAN SERBEST Klor MİKTARINI mg/l BİRİMİNDE ÖLÇEBİLECEK GEREKLİ SOLÜSYONLARI İÇEREN
- 4.)İÇME SUYU VE SAF SU KULLANIMINA UYGUN OLACAK.
- 5.)HER TÜP TESTİ İÇİN GEREKLİ TEST EKİPMANINA SAHİP OLMALIDIR.
- 6.)KULLANIM KLAVUZUNDA ÖLÇÜM DETAYLI DİYALİZ SU SİSTEMİNE UYGUN OLACAK.
- 7.)SOLÜSYON KAPLARINDA LOT NUMARASI VE SOLÜSYONUN SON KULLANMA TARİHİ BELİRLİ OLACAK.
- 8.)GEREKLİ KİMYASAL UYARI İŞARETLERİNİN SOLÜSYONLARI TAŞIYAN KAP ÜSTÜNDE BULUNDURAN KİTLER OLMALIDIR.
- 9)HASTANE İHTİYACI OLDUKÇA TEMİN EDİLECEK.
- 10.) Yüklenici firma TSE 12426- 12843 hizmet yeterlilik belgesi İSO 13485-2016 İSO 9001 -2015 İSO 14001 2015 OHSAS 001 2007 sahip olmalıdır.
- 11.) Yüklenici firma su arıtma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.

BİRİM SORUMLUSU
ERGÜL YAMAN

DİYALİZ TEKNİKERİ
ESRA DÜZ