

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

06.05.2021

Sayı: 209

Konu: NEONATAL ISITICILI HASTA DEVRESİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 19.05.2021 saat: 12:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	NEONATAL ISITICILI HASTA DEVRESİ			100	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## NEONATAL ISITICILI HASTA DEVRESİ SETİ

1. Hasta devresi, hasta sağlığı ve güvenliği için polietilen materyalden üretilmiş, ısıtıcı inspirasyon hattı, su tutuculu ekspirasyon hattı, nemlendirici ara hortumu, otomatik chamber, ve 1 adet çift cidarlı bakteri filtresinden oluşmalıdır.
2. inspirasyon hattı içerisindeki ısıtıcı teller sızal yapıda olmalı ve su yoğunlaşmasını engellemelidir. Sızal yapılı ısıtıcı tel içermeyen firmaların teklifleri kabul edilmeyecektir.
3. Hasta devresi içerisinde konektörlü limb hattı, küvöz uzatma hortumu ve basınç hattı bulunmalıdır. Teklif edilen inspiriyum ve ekspiriyum hattında devre çapları eşit olmalı farklı ebatlar küçülen veya büyüyen devreler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
4. Hasta devresi poli etilen materyalden üretilmiş olmalı . Paket içerisinde üretici firmaya ait orijinal adaptör kit bulunmalı, böylelikle hasta devresi MEK, ENGSTROM ,MAGUET , NEWPORT, LEONİ,SLE marka ventilatör cihazlarında kullanılabilir. Bunun yanında akış sınırlayıcısı veya basınç hattı gerektirmeyen diğer marka ventilatörlerde de kullanılabilir.
5. Basınç ölçüm hattı doğrudan inspirasyon hattı üzerine takılabilir. Kaçak testi yapılabilir ve devrenin kullanılmadığı zaman koruna bilmesi için Y konektör ucunda koruyucu tapa bulunmalıdır. Hasta devresinin Y konektör kısmı 360 derece dönebilen yapıya sahip olmalıdır. Bu özellik sayesinde hastanın hava yolunda oluşabilecek doku hasarı ve kanamaları önüne geçilebilir. Daha sonradan eklenen parçalar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
6. Bakteri filtresi çift cidarlı özellikte olmalıdır. Çift cidarlı bakteri filtresi olmayan devreler kesinlikle kabul edilmeyecektir. Teklif edilen inspiriyum ve ekspiriyum hattında devre çapları eşit olmalı farklı ebatlar küçülen veya büyüyen devreler kesinlikle kabul edilmeyecektir
7. Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında numuneler denenecektir. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir. Numune teslim formu teklifle birlikte sunulmalıdır.
8. Teklif veren firmalar teknik şartnamede belirtilen her madde için teknik şartnameye uygunluk belgesi vereceklerdir. Teknik şartnameye uymayan ürünler kabul edilmeyecektir.
9. Hasta devresi kesinlikle su toplamamalı bu özellik alım aşamasında test edilecek olup su toplayan devreler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
10. Ürüne ait CE belgesi ve UBB kaydı bulunmalıdır.

Yeni doğan Yoğun Bakım Sorumlusu  
Halil KALKAN  
K.K.

Uygula  
Klinik Hastanesi  
YILDIZ KORKUT  
Tıp Uzmanı  
No: 136858