



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **INZAZIV BASINÇ OKUYUCU MONİTÖR SİSTEMİ(TEKLİ) ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **08.06.2021 tarih ve saat 11:00'a kadar 0472 312 54 47** numaralı belgegeçere veya **ddhsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	INZAZIV BASINÇ OKUYUCU MONİTÖR SİSTEMİ(TEKLİ)	PAKET	50		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uzm Dr Demet ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKl yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 2b78bb78-8700-4cc3-a96b-7c86a7f4d588 Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI

Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

e-Posta

İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Bilgi için: Serra KIRAC

TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47



INVAZIV BASINÇ OKUYUCU MONİTÖR SİSTEMİ (TEKLİ) ŞARTNAME

1. Hastalarda invaziv basınç monitorizasyonu için düzenlenmiş , tek kullanımlık sistemdir.
2. Monitör düzeneği:
 - a) Hasta-basınç okuyucu (transducer) bağlantısı olan set kısmı
 - b) Transducer kısmı
 - c) Transducer-yıkayıcı seruma bağlı serum seti kısmından oluşur.
3. Sistem sert, kırılmayan , kolayca katlanmayan , basınca dayanıklı "PVC "den yapılmalıdır .
4. Set , steril ambalajda , son kullanım tarihi ve üretici bilgi ve kodlarını içerecek özel ambalajı ile sunulmalıdır .
5. Sistem paketi içerisinde monte edilmiş, hazır olarak sunulmalıdır .
6. Hasta ile set bağlantısı arasında hiçbir sızıntıya izin vermeyecek bağlantı sistemi olmalıdır.
7. Sistemin basınç okuyucu (transducer) ile yıkama hatlı arasında geri kaçıışı önleyen özel kilit sistemi bulunmalıdır . Bu sistem dayanıklı malzemeden yapılmış olup çekme (Flush) ile çalışmalıdır.
8. Hasta-transducer arasındaki serum seti bağlantısı kesinlikle kırılma/kıvrılma yapmayan , basınca dayanıklı ve dış ortam değişikliğinden etkilenmeyen , çok iyi frekans cevap veren sert PVC 'den imal edilmiş olmalıdır .
9. Yıkayıcı serum hatlı mikrodrip olarak düzenlenmeli ve en az 150cm uzunluğunda olmalıdır.
10. Transducerdaki arter hattı sert PVC tubingden olmalıdır.
11. Yıkama setindeki makrodrip sistemin seruma giriş yeri kolay kullanılır özellikte olmalıdır .
12. Set hastaya bağlı iken sterilizasyon bozulmadan kalibrasyon yapabilmelidir.
13. Basınç monitörü ile basınç kablo sistemi arasında uyumsuzluk olmamalıdır .
Yeni transducer 'ler , basınç hattı ve basınç monitör sistemi bir bütün olarak değerlendirilecektir . Basınç hatlı ile transducer girişi arasında uyumsuzluk kabul edilmez.
14. Materyalin raf ömrü 3 yıl olmalıdır.
15. Malzeme orijinal ambalajı içinde olmalıdır .
16. Malzemenin CE belgesi olmalıdır .
17. Anestezi cihazımız Drager olup REF 8605038-08 Netzteil S.Nr:106007143578 monitörümüz Drager Mounting Docking Station REF 4715319-18 SN 6504656571 dir.Uyumlu arter seti olmalıdır.

18. Malzemenin teslimatı tıbbi sarf depo önünde bulunmal
kabulları kısmında teslim edilecektir.

Dr. Sükriye Akdağ

Dipno: 171113

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Nispetiye Ergünalp Doğuşpınar Devlet Hastanesi
Üzm. Dr. Sükriye AKDAĞ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
Dip. Tes. No: 171113