

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

23.06.2021

Sayı: 163

Konu: STERLİZİYAYON BİRİMİ İHTİYACI OLAN ÇELİK TEL RAF ALIM İŞİ

Sayın.....

Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerde kullanılmak üzere aşağıdaki listede miktarı ve birimi belirtilen 1 Kalem mal/ hizmet 4734 Sayılı K.İ.K 'nun 22/d maddesine göre alımı yapılacaktır. İlgili alıma ilişkin KDV hariç birim fiyatınızı yazılı ve tasdikli olarak 30.06.2021 günü saat 10:00'e kadar Patnos Devlet Hastanesi Satın Alma Birimine gönderilmesi/teslim edilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ÇELİK TEL RAF SEPETLİ	1	Adet		

Son Teklif Verme Tarihi: 30.06.2021 günü saat 10:00'e Teklif Verme gün ve saatine göre fax/mail ile gönderilebilecek asılları elden yada kargo/posta yolu ile teslim edilmelidir. (patnosdh@hotmail.com)

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkot ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkot ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rükû edilecektir.
- 9-İdaremiz en düşük fiyat kabul etme zorunda olmayıp malzeme seçiminde verimlilik kalite malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kraterleri değerlendirir.
- 10-Teknik şartname ekte olup şartname uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır.

Not: 1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

TEL SEPETLİ RAF ÜNİTESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tel sepetli raf ünitesi paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
2. Tel sepetli raf ünitesi taşıyıcı gövde profil borudan imal edilmiş olmalıdır.
3. Tel sepetli raf ünitesi sepetlerin paslanmaz çelik gövdeye hazırlanmış profil üzeri yatakların üzerine sepetlerin oturması ile oluşmalıdır.
4. Tel sepetli raf ünitesi sepetleri alt alta beş, yan yana ik sıra şeklinde hazırlanmış olmalıdır.
5. Tel sepetli raf ünitesi sepetleri ölçüleri 600x300x200 mm konik şekilde 6-8 lik çubuklardan oluşmalıdır. Tasarım ce çubuk boşlukları için kullanıcılarından çizim ile onay alınmalıdır.
6. Tel sepetli raf ünitesi gövde profilleri ayaklı olmalı ve pingoşeklinde olmalıdır.
7. Tel sepetli raf ünitesi ayakları ve rafları ile aynı yüzey işlemlere tabi tutulmuş olmalıdır.
8. Tel sepetli raf ünitesinin hastane ekipmanların imal edildiği paslanmaz çelik çubuklardan olacaktır. Bu husus imal tarihinden önce bir ayı kapsayacak şekilde akredite edilmiş yurtiçi laboratuvarlardan alınan belge ile belgelenecektir.
9. Tel sepetli raf ünitesinde kaynaklekesi, el kesecek keskin köşe, çapak vs. işçilik hataları olmamalıdır.
10. Tel sepetli raf ünitesi üretici veya satıcı tarafından özellikle istenen bir dezenfeksiyon metodu varsa, hastanemizde uygulanabilirliği bakımından bu doküman ile (paslanmaz çelik kullanma kılavuzu, bakım talimatı vb.) açıkça belirtilmelidir.
11. Tel sepetli raf ünitesi üretici veya satıcı firma ürünün periyodik bakım prosedürlerini vermelidir. Ürünler periyodik bakım gerektirmiyorsa üretici firma bunu yazılı olarak sunmalıdır.
12. Tel sepetli raf ünitesi üretici veya satıcı firma, teklifleriyle ürünün tıbbi ve teknik özelliklerinin görüleceği orijinal teknik dokümanları vermelidir.
13. Tel sepetli raf ünitesi üretici veya satıcı firmalar teklifleri ile tanıtım numunelerini de ilgili bölüme göstermek ve ilgili kişilerden uygunluk almak üzerine getirilecektir. İstenen teknik özellikleri sağlanmayan, işçiliği kusurlu bulunan ya da istenen maddeler dışında kalan ürünler kabul edilmeyecektir.
14. Tel sepetli raf ünitesi üretici veya satıcı firma, imalat ve montaj hatalarına karşı en az 2 yıl ücretsiz; garanti süresini bitiminden itibaren ücret karşılığı olarak, yedek parça temini ve bakımı için 10 (on) yıl; ürünün üretimi sonlanması halinde, sonlanmasıtakiben 7 (yedi) yıl süre ile yedek parça garantisi altında olacaktır. Firma teklifini verirken, garanti kapsamı dışı hızlı devreden yedek parçaların ve sarf malzemelerinin, ileriye dönük dolar bazında 10 yıl sürekli yedek parça ile sarf malzeme fiyat listelerini de verecektir.
15. Tel sepetli raf ünitesi üretici veya satıcı firma ürünün yeni ürün olduğunu, üretici firma tarafından onaylanmış belgesini vermek zorundadır. Ürünler hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilecektir.
16. Tel sepetli raf ünitesi üretici veya satıcı firma, TSE tarafından verilmiş "Hizmet Yeterlilik" belgesine sahip olmalıdır.
17. Tel sepetli raf ünitesi üretici veya satıcı firma, TSE tarafından verilmiş "TSEK Paslanmaz Çelikten Mamul Dolaplar" belgesine sahip olmalıdır.
18. Tel sepetli raf ünitesi üretici veya satıcı firma, (TURKAK Onaylı) ISO 9001:2015 seri kalite yönetim belgesine sahip olmalıdır.
19. Tel sepetli raf ünitesi üretici veya satıcı firma, ISO 14001:2015 çevre yönetim sistemi belgesine sahip olmalıdır.
20. Tel sepetli raf ünitesi üretici veya satıcı firma, ISO 13485 2016 kalite yönetim sistemi belgesine sahip olmalıdır.
21. Tel sepetli raf ünitesi üretici veya satıcı firma, OHSAS 18001:2007 İş sağlığı ve yönetimi belgesine sahip olmalıdır.
22. Tel sepetli raf ünitesi üretici veya satıcı firma, ISO 10002: 2018 Müşteri memnuniyeti yönetim sistemi belgesir sahip olmalıdır.
23. Belirtilmeyen hususlarda idari şartname hükümleri geçerlidir.

Abdulhakap AKSOY
Sağlık Memuru
Aksoy

Nejdet
KARASLAN
Karasiyan

Osman ÖZTÜCC
Oztucc