

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

24.06.2021

Sayı: 282

Konu: MINDRAY MARKA MONİTÖR İÇİN ARTER ARA KABLOSU ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 30.06.2021 saat: 12:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ ARTER ARA KABLOSU			66	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yeddi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

MİNDRAY MARKA MONİTÖR İÇİN ARTER ANA KABLO TEKNİK ŞAERTNAME

- 1-KABLO u MEC 12 ,12 .1" DOKUNMATİK EKLANLI CİHAZA UYGUN OLMALIDIR.
- 2-CİHAZDAN ARTER SETİNE KABLO İLE BAĞLANTI OLMALIDIR.
- 3-İLGİLİ FİRMA DENEME AMAÇLI NUMUNE GÖNDERMELİDİR. NUMUNE DEĞERLENDİRMESİ SONUCU KABLO ALINACAKTIR.
- 4-GÖNDERİLEN KABLO ARTER SETİMİZE UYGUN OLMALIDIR.
- 5-ARTER SETİ ŞARTNAMEMİZİN EKİNDE FOTOĞRAF OLARAK SUNULMUŞTUR.
- 6-İLGİLİ CİHAZIMIZIN KABLO GİRİŞ YERİ ŞARTNAMEMİZİN EKİNDE FOTOĞRAF OLARAK SUNULMUŞTUR.
- 7-KABLONUN UBB KAYDI OLMALIDIR.

Kadriye ÖZGENT
Tanımlama ve Kontrol Yetkilisi
Ağrı Eğitim ve Araştırma
Hastanesi

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
A Blok Yoğunbakım
Sorumlu Hemşire
Yusuf MARANKOZ

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
A Blok Yoğunbakım
Sorumlu Hemşire
Yusuf MARANKOZ

Ağrı Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Mürside YILDIZ
Yoğun Bakım Uzmanı
Dip. Tes. No: 137 827



