

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

24.06.2021

Sayı: 284

Konu: BEYİN CERRAHI BİRİMİ İÇİN TROMBOLİNLİ KANAMA DURDURUCU ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 30.06.2021 saat: 12:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal/ULUUTAS  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	TROMBİNLİ KANAMA DURDURUCU			20	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## HEMOSTATİK, AKIŞKAN, TROMBİNLİ KANAMA DURDURUCU

- 1- Ürün 2500 IU ünite plazma kollajen kaynaklı jelatin matriksten oluşmalıdır
- 2- sterilize edilmiş olmalıdır.
- 3-Ürün hacmi 10ml olmalıdır.
- 4-Ürün; enjektör içerisine çekilebilir akışkan jel kıvamında olmalı, toz veya sprey formunda olmamalıdır..
- 5-Ürün, düzgün olmayan yüzeylere de enjekte edilebilir olmalıdır.
- 6-Ürün, pıhtılaşma kaskadından ve kontakt aktivasyon yönteminden bağımsız çalışmalıdır.
- 7-Ürün, pıhtılaşma ,son basamağı taklit ederek pıhtı oluşturmalıdır.
- 8-Ürün , pıhtılaşma faktörü içermemelidir.
- 9-Ürün, kanamanın üstüne sıkıldığında tamponla desteklemeye izin vermelidir. her türlü kanamayı 2dk içinde durdurabilmelidir.
- 10-Ürünün ,kanamalı bölgeye sıkıldığında sulama sistemi yapıldığında vücudu terk etmemelidir.
- 11-Ürün ıslak ve aktif kanamalı alanlara uygulanmalıdır.
- 12-Ürünün ,cam şişede enjektörle çekilmelidir.
- 13-Ürün sert ve yumuşak dokulara uygulanabilmelidir.
- 14-Ürün uygulandıktan sonra pıhtıyı zedelemeyen yıkanabilmelidir.
- 15-Ürün, uygulama alanında çevre dokulara zarar vermemelidir.
- 16-Ürün laparoskopik girişimler sırasında 35cm'lik aplikatör ile uygulanabilmelidir..
- 17-Ürün kiti içerisinde flakonlar, enjektörü ve uygulama enjektörü mevcut olmalıdır.
- 18-Ürün, vücut dokularıyla uyumlu olup, 6-8 hafta içinde rezorbe olmalıdır.
- 19-Ürün biyolojik olarak uyumlu, biyoçözünürlüğe ve nötral ph'ya sahip olmalıdır..
- 20-Ürün oda sıcaklığında 25 OC'de saklanabilmelidir.
- 21-Ürünün UBB kaydı olmalıdır.
- 22-Üretici firma veya Distribütör tarafından bu malzemelerin SGK onayları (SUT'la eşleştirilmiş) olmalıdır.

