

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

24.06.2021

Sayı:

Konu: Fiyat Teklifi

Sayın.....

Hastanemizde kullanılmak üzere aşağıdaki listede miktarı ve birimi belirtilen 1 Kalem Hizmet İşi 4734 Sayılı K.İ.K ' nun 22/d maddesine göre alımı yapılacaktır. İlgili alıma ilişkin KDV hariç birim fiyatınızı yazılı ve tasdikli olarak 29.06.2021 günü saat 11:00'e kadar Satın Alma Birimine patnosdh@hotmail.com gönderilmesi/teslim edilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	TOMOGRAFİ CİHAZININ BAKIM VE ONARIMI HİZMETİ İŞİ	1	Adet		

Son Teklif Verme Tarihi: 29.06.2021 günü saat 11:00'e Teklif Verme gün ve saatine göre fax/mail ile gönderilebilecek asılları elden yada kargo/posta yolu ile teslim edilmelidir.

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.

2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

9-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkot ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkot ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rükû edilecektir.

11-İdareimiz en düşük fiyat kabul etme zorunda olmayıp malzeme seçiminde verimlilik kalite malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kraterleri değerlendirir.

13-Teknik şartname ekte olup şartname uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır.

FİRMA-KAŞE
İMZA

PARÇA HARIÇ BAKIM-ONANIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

Konu. Hastanemizde bulunan aşağıdaki cihazların ayarlarının ve periyodik bakımlarının yapılması, tüm işlerlik testlerinin ve fonksiyonlarının kontrolü ve arızaların tespiti ve giderilmesi için her türlü yedek parça, sarf malzemesi, upgrade ve aksesuarlar hariç sadece mühendislik hizmetlerinin verilmesi işidir.

Sistem e bağlı olarak bulunan yan birimlerin (UPS, lazer kamera, banyo makinesi, otomatik enjektör, chiller (su soğutma ünitesi), sistem ve ortam klimaları, vb.) bakım onarım hizmetleri ile yedek parçaları sözleşme kapsamına dâhil değildir.

792CT78566 792BN47508	SOM ATOM Emotion 16 (2007) syngo MM Workplace
--------------------------	--

1. Yüklenici mukavele süresince periyodik koruyucu bakım ziyaretlerinde bulunacaktır. Söz konusu ziyaretler çalışma saatleri esnasında İdare ve Yüklenici arasında anlaşmaya varılacak olan bir zaman tarifesine uygun olarak yapılacaktır. Bakım hizmetleri mesai günleri esnasında, yani Pazartesi den Cuma ya kadar saat 08:00 ile 17:30 arasında tatbik edilecektir. (Bu mukavelede normal çalışma saatleri diye anılmaktadır.) Cumartesi, Pazar, bayram ve resmi tatil günleri iş günü olarak dikkate alınmayacaktır.
2. Teklif verecek Firma, sözleşme konusu cihazın Bakım-onarım ve ayarlan esnasında kullanılacak ve cihazın üreticisi tarafından hazırlanmış Servis Manuelinde belirtilen tüm ölçüm ve test cihazlarına sahip olacaktır ve gerektiğinde İdare'ye ibraz edecektir.
3. Koruyucu ve düzeltici bakımda periyodik ayarlama ve testler Üretici firmanın spesifikasyonuna uygun olarak ifa edilecektir. Yüklenici her servis ziyaretinden sonra müşteriye, yapılan işleri ve tedarik edilmiş olan herhangi bir yedek parçayı belirten bir servis raporu ibraz edecektir. İdare yetkilisine de imzalatılacak bu raporun bir nüshası idareye verilecektir. İdarenin cihaz mahalline sözleşme süresince her bir cihaz için yıllık 4(dört) adet ana bakım yapılacaktır.
4. Bakım-onarım sonucunda cihazda fonksiyon kaybı olmayacak veya onarım öncesinde var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır.
5. Herhangi bir zamanda cihazın teşhis ve tedavi amaçlı fonksiyonlarının nitelik ve nicelik olarak, Üreticinin belirlediği normların altına düşmesi durumları "arıza" olarak kabul edilecektir. Yüklenici bu arızalara müdahale etmekle yükümlüdür.
6. Yüklenici, İdare yetkilisinin sözleşmede yazılı olan tebligat adresi, Telefonu veya Fax'ına Yüklenicinin mesai saatleri içerisinde (Pazartesi-Cuma 08:00-17:30 arası; Resmi tatiller ve dini bayramlar hariç) yapmış olduğu bildirim takiben en geç 2(iki) iş günü içerisinde müdahale edecek, Parça değişiminin gerekmediği durumlarda 2(iki) iş günü içerisinde arızayı giderecektir. Arızanın giderilmesi için yedek parça gerekmesi durumunda ise yüklenici; İdare'ye teklif gönderecektir. İdare nin teklifi kabul ettiğini belirten sipariş yazısının yükleniciye ulaşmasını ve proforma faturadaki hususları yerine getirmesini müteakip teklif şartlarında belirtilen teslim süresi içerisinde malzeme teslim edilecektir. Teslim süresi, resmi kurumlarca ithalatı kısıtlı ya da özel izne tabi yedek parçalar gerektiği durumlarda yüklenicinin bu durumu belgelendirmesi ile idare tarafından uzatılacaktır.

Uzm.Dr. Mustafa YESİLYURT
Radyoloji Uzmanı
Dip.Yesil No:178373
Patnos Devlet Hastanesi

Patnos Devlet Hastanesi
Radyoloji Uzmanı
MUSTAFA YESİLYURT

7. İdare, sözleşme süresi boyunca Sistem'in Yüklenici personeli dışında bir diğer Yüklenici veya şahısa bakım ve onarımı yaptırmayacak, aksi takdirde, cihazda oluşabilecek maddi ve manevi tüm hasarlardan Yüklenicinin herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.
8. Doğal felaketler, yangın, sel vesaire mücbir sebepler ve elektrik ve su kesintileri veya montaj değişiklikleri veyahut cihazların yanlış kullanılması dolayısıyla Yüklenicinin kontrolü dışında meydana gelebilecek maddi ve manevi hasarlardan Yüklenici sorumlu değildir. Böyle bir hasar durumunda, hasar tespiti Yüklenici yetkilisi tarafından yapılacak ve bu konu ile ilgili tüm masrafların İdare tarafından ödenmesi kaydı ile Yüklenici arızanın giderilmesine çalışacaktır. Bu süre içerisinde, Cihaz'ın çalışır halde bulundurulmamasından Yüklenici sorumlu tutulmayacaktır.
9. Değişecek yedek parçalar, cihazın orijinal şekil ve görüntüsünü bozmayacak ya da yapısını değiştirmeyecektir.
10. Değişecek yedek parçalar 6 ay garantili olacaktır.
11. Yüklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almak zorundadır.
12. Kullanılan parçalar yeni ve orijinal parça olmalıdır. Yüklenici yedek parçaları ilgili cihazın üretici firmasından temin ettiğini ve üretici tarafından kalite kontrolünün yapılmış olduğunu belgeleyecektir.
13. Sözleşme süresi boyunca sözleşme kapsamındaki cihazların taşınması durumunda cihazların taşıma sonrası gerçekleştirilecek olan devreye alma (start up) işlemi için ayrıca bedel alınmayacaktır.
14. Değiştirilen parçalar, hasta ve kullanıcı emniyetini tehlikeye sokmayacaktır. Bu değişimlerde cihazın, hastanın, kullanıcının ve çevre emniyetini tehlikeye düşürecek teknikler ve yedek parçalar kullanılmayacaktır.
15. İdare, üretici kaynaklı olmayan herhangi bir aksesuar, yedek parça, ek üniteyi yüklenicinin onayı olmadan bu sözleşme kapsamındaki sistemlere takamaz ve takılmasını isteyemez. Bu kapsamda yüklenicinin bilgi ve onayı olmadan sisteme yukarıda belirtilen şekilde takılan aksesuar, yedek parça ve ek ünite sisteme veya idarenin herhangi bir mülküne zarar verdiği takdirde yüklenicinin hiçbir sorumluluğu olmadığı gibi sistemde oluşan arızanın giderilmesi bu sözleşme kapsamı dışında ayrı bir ücret karşılığında değerlendirilecektir.
16. Yüklenici mevcut sistemlerdeki bakım hizmetlerine yönelik veya sistemin çalışma ömrünün uzatılması amacı ile elinden gelen çabayı gösterecek, bu çalışmalarda en gelişmiş teknoloji ile en kaliteli materyal ve en yüksek kalite kontrol parametreleri kullanarak gerçekleştirmek için çaba sarf edecektir.
17. Yüklenici firma; ilgili cihazlarda mevcutsa üretici firmanın gönderdiği tüm yazılım güncellemeleri (update) ve modifikasyonlarını ücretsiz olarak sisteme uygulamakla yükümlüdür.
18. Yüklenici, sistemde oluşabilecek arızalara uzaktan bilgisayar erişimi ile de müdahale edebilecek teknik alt yapıya sahip olduğunu idareye taahhüt edecektir. İdare, Uzaktan Erişim Hizmetleri için gerekli altyapı şartlarını sağlamakla yükümlüdür. Buna göre İdare'nin eğer mevcut bir internet çıkışı var ise sistemlerin bulunduğu yere çekilecek network hattını statik IP'li olarak

Uzm. Dr. Mustafa YEŞİLYURT
Radyoloji Uzmanı
Dip. No: 184776373
Patnos Devlet Hastanesi

Patnos Devlet Hastanesi
Radyoloji Uzmanı
Mustafa YEŞİLYURT

sağlamalıdır. İnternet Çıkışı bulunmuyor ise İdare, İnternet'in sunduğu statik LP'ye sahip olan en düşük hızlı ADSL bağlantı biçimini (minimum 1024/256 Kbps) temin edecektir. İdare, uzaktan bilgisayar erişim altyapısının sürekli çalışır olmasını sağlayacaktır.

19. 3(üç) ayda bir yapılacak bakımları müteakip eşit miktarda 4 (dört) adet bakım onarım faturası kesilecektir.
20. İlgili cihazın marka ve modeline göre hizmet yeterlilik belgesi verilmelidir.
21. Parça hariç kapsamında bulunan ve EOS (End of Support) olan (yani Üretici Firma Siemens Almanya (SAG) tarafından yedek parça temin ve teknik servis desteğinin sona erdirilmesi durumu) sistemler için FİRMA tarafından yedek parça ve aksesuar temini ve teknik servis taahhüdü verilemeyecektir. Parça gerekmesi durumunda FİRMA bu konuda azami çabayı gösterecek ancak buna bağlı olarak arızanın giderilememesi ve cihazın çalıştırılmaması durumunda ilgili cihaz anlaşma kapsamı dışına alınabilecektir.

Uzm.Dr. Mustafa YERLİYURT
Radyoloji Uzmanı
Dip. Ysa. No: 178373
Patnos Devlet Hastanesi

Patnos Devlet Hastanesi
Radyoloji Uzmanı
Mustafa YERLİYURT