

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

25.06.2021

Sayı: 287

Konu: BLT MARKA E80 MODEL EKG CİHAZI İÇİN EKG KABLOSU ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 01.07.2021 saat: 12:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beşmal ULUTAS  
İdari ve Mali İşler Müdürü

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	EKG KABLOSU 10 LEAD			5	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olacaktır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## EKG KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.BLT marka E80 model EKG cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2.EKG kablosu 10 lead olmalıdır.
- 3.Üzerinde renk kodlamaları olmalıdır.
- 4.Ürün orijinal olmalı ve orijinal kutusunda olmalıdır.
- 5.EKG kablosu parazit yapmayacak şekilde yalıtılmış olmalıdır.
- 6.EKG kablosu üretim ve imalat hatalarına karşı en az 6 ay garanti verebilmelidir.
- 7.EKG kablosu ISO ve CE gibi uluslararası standartlara uygun belgeye sahip olmalıdır.
- 8.Alımı yapılacak olan EKG kablosunun UBB kaydı olmalı ve yüklenici firma EKG kablosunun UBB numaralarını hastanemize sunmalıdır.Eğer EKG kablosu UBB dışı ise firma EKG kablosunun UBB dışı olduğunu bir yazı ile belgeleyebilecektir.

Kadir ÖZGENT

**Eyüp KARTAL**  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Biyomedikal Teknikeri