

2. KALEM:ÇINKO OKSİT OJENOL SİMAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün toz ve likit halinde olmalıdır.
2. Toz; Çinko oksit olmalıdır.
3. Geçici dolgu materyali ve daimi dolguların kaide materyali olarak kullanılmalıdır.
4. Antiseptik ve ağrı kesici özelliği olmalıdır.
5. Pulpayı korumalıdır.
6. Kavite duvarlarına iyi tutunmalıdır.
7. Likit ojenollü olmalıdır.
8. Antiseptik ve ağrı kesici özelliği olmalıdır.
9. Ph nötral olmalı.Kaide materyali olarak da kullanılabilirmelidir.
10. Miadi yaklaşan ürünler firma tarafından yeni miadlı ürünlerle değiştirilecektir.
11. Sertleşme süreleri kısa olmalıdır.

Ayşe GüL ADIYAMAN
Tıbbi Sekreter

D^r
Ag^z
Doktorat No: 14251
OKCI
Merkez

Serife YESİĞİN
Seri

Burak YILDIZ
Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Dr. Burak YILDIZ
Dentist
Fashekim

Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı
Merkezi
Dr. Zeynep ISIK
Tescil No: 35926