

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TUTAK DEVLET HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

02.07.2021

Sayı: 44
Konu: HEMODİYALİZ SU ARITMA SİSTEMİ UV LAMBASI VE SERTOVENT FİLTRE ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 09.07.2021 saat: 09:00 'a kadar tutak.satinalma@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

MURAT DİVARCI
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SU ARITMA - YUMUŞATMA CİHAZI ULTRAVİYOLE LAMBA			1	Adet		
2	HEMODİYALİZ CİHAZI SU ARITMA ÜNİTESİ HAVA FİLTRESİ			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Tutak Devlet Hastanesi Personel Birimi
Van yolu üzeri Tutak/AĞRI
(Faks No: 0 (472) 4112083
İnternet Adresi:

Bilgi: Ayşe BALTA
Unvanı : Tıbbi Sekreter
E-Posta: ayse.balta@saglik.gov.tr

UV LAMBASI

1. UV lambasının balansı Sayaçlı Balast olmalıdır.ve mevcut sisteme uygun olmalıdır.
2. UV lamba ömrü en az 8000 saat olmalıdır.
3. Uv lambası su sterilizasyonu yapabilme özelliği olmalı.
4. UV dalgaları üreten lamba dezenfeksiyon sistemi bakteri protona virüs, ve küf etkenleri etkisiz hale getirebilme özelliği olmalı
5. Uv lambası olan mevcut sisteme uyumlu olmalı
6. UV yüklenici firma tarafından değiştirilecektir. Daha sonra U.V den dolayı doğabilecek sorunlar veya arızalar yükleniciye aittir.
7. Yüklenici firma TSE 12426 ve 12843 İSO 13485-2016 İSO 9001-2015 İSO 14001-2015 OHSAS 18001/2007 belgesine sahip olmalıdır.
8. Yüklenici firma su arıtma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.
9. İstekli firmalar Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

SERTOVENT FİLTRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ(HAVA FİLTRESİ)

- 1.0,22 MİKRON OLMALIDIR
- 2.MONTAJ ADAPTÖRÜ ÜSTÜNDE OLMALIDIR.
- 3.STERİL EDEİLE BİLMELİDİR
- 4.MEVCUT SİSTEME UYUMLU OLMALIDIR.
5. YÜKLENİCİ FİRMA TSE 12426 VE 12843 İSO 13485-2016 İSO 9001-2015 İSO 14001- 2015 OHSAS 18001/2007 BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR.

Esra İŞLER
Diyaliz hem.



Serkan ADIĞÜZEL
Diyaliz hem.



Yusuf ÇİFTÇİ
Teknisiyen





T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TUTAK DEVLET HASTANESİ



TC Sağlık Bakanlığı

İHTİYAÇ TALEP FORMU (TIBBİ CİHAZ VE TIBBİ DEMİRBAŞ)

Talep No: 1063

S.N	MKYS KODU	MALZEMENİN / CİHAZIN ADI	TALEP MİKTARI	STOK MİKTARI	TALEP EDEN KLİNİK	KAYITLI DEMİRBAŞ SAYISI	KLİNİK DEMİRBAŞ SAYISI	KLİNİK UZMAN SAYISI	SON ALIM TARİHİ	SON ALIM FİYATI	MKYS FİYATI
1	150-13-02-01-240028473	SU ARITMA - YUMUŞATMA CİHAZI ULTRAVİYOLE LAMBA	1 Adet								
2	150-13-02-01-240047891	HEMODİYALİZ CİHAZI SU ARITMA ÜNİTESİ HAVA FİLTRESİ	1 Adet								

SAĞLIK TESİS TALEP GEREKÇESİ:

STOK SORGULAMASI	YAPILMIŞTIR/ YAPILMAMIŞTIR	Tarih	İmza/Kaşe
		30.06.2021	

İHTİYAÇ TESPİT KOMİSYONU

MURAT DİVARCI
İdari ve Mali İşler
Müdürü

Esra İŞLER
Diyaliz Hemşiresi

Serkan ADIGÜZEL
Diyaliz Hemşiresi

Yukarıda Talep Edilen Malzemenin/Hizmetin Temini Hususunu Olurlarınıza Arz Ederiz.

İdari ve Mali İşleri Müdürü

Murat DİVARCI
İdari ve Mali İşler Müdürü

Tunahan ATICI
Başhekim

Başhekim/ Yönetici