

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Taşlıçay Devlet Hastanesi

SAYI : 2021/43
KONU : Mal alımı Hk.

06/07/2021

Teklif Davet

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 5 kalem Teknik Şartnamede Özellikleri belirtilen Mal alımı işi 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 12.07.2021 tarih saat 10:00'a kadar (04725513307 numaralı belgegeçere, tdhsatinalma@gmail.com mail adresine, posta yolu ile ve ya elden) belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Ebubekir GÜLMEZ
İdari ve Mali İşler Müdürü

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	ELMAS FREZ (MUHTELİF)	ADET	350		
2	ENDODONTİK KANAL EĞESİ (MUHTELİF)	ADET	100		
				Toplam	

İdarenizce doğrudan temin usulü ile 12.07.2021 tarihi saat 10:00 de alımı yapılacak olan Mal Alımı işine ait dokümanı oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Doğrudan temin usulü ile yapılacak alıma ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

- 1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak, teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masraflar teklifimize dahildir.
- 2- Teklifimiz aşağıda belirtilen tarihten itibaren 30(Otuz) takvim günü geçerlidir.
- 3- 4734 Sayılı Kanununun 22/d maddesi gereğince, alıma konu iş için kendimiz veya başkasını adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.
- 4- Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz.
- 5- Alıma konu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı
Kaşe ve İmza ⁽²⁾

ELMAS FREZ(MUHTELİF)

1. Şaft bölümü çelikten imal edilmiş olup kimisi esnek özelliği göstermeli, bu anlamda kırılmalara karşı en yüksek direnci göstermelidir.
2. Her frez en az 10 diş kesebilmelidir.
3. Frez seçiminde ürün kalınlığı üzerinde renk ve form seçimi hakkı tarafımıza tanınmalıdır.
4. Elektrostatik kutuplanmayla birinci kalite elmas granüllerle kaplı olmalıdır.
5. Otoklav edilebilir olmalı, Otoklav ve dezenfeksiyon solüsyonlarında paslanma ve kararma yapmamalıdır.
6. Orijinal ambalajında olmalıdır.
7. Firmanın teklif ettiği frezler orijinal kataloglarında birebir görülüp seçilebilmelidir.
Elmas grenleri belirgin ve parlak
8. Elmas Frezler aşağıda belirtilen boylarda ve adette olmalıdır.
 - Elmas Frez(fissür) **50** adet (25 adet siyah ve 25 adet yeşil)
 - Elmas Frez(alev uçlu) **200** adet (100 adet siyah 100 adet yeşil)
 - Elmas Frez(ront) **100** adet (100 adet siyah 50 adet orta ve 50 adet büyük boy)

ENDODONTİK KANAL EĞESİ(MUHTELİF)

1. Döner tip, anguldurvaya takılabilen,Nİ-Tİ,
2. U kesitli ISO tip
3. 0,06 taper açılı,
4. 15-40 no asorti.
5. Kanal Eğesi komisyon tarafından belirlenen numaralarda talep edilecektir.
6. Kanal eğeleri aşağıda belirtilen boylarda ve adette olmalıdır.
 - **50** adet beyaz(15 numara) 0,06 taper açılı
 - **50** adet sarı (20 numara) 0,06 taper açılı

Mehmet BİÇER
Taşınır Devlet Hastanesi
Taşınır Kayıt Yetkilisi

