



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **KOMPRESÖR CİHAZI İÇİN 5 KALEM MALZEME ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **30.07.2021 tarih ve saat 15:00'a kadar 0472 312 54 47** numaralı belgegeçere veya **ddhsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

Özlem YARDIMCI
İdari Mali İşler Müdür V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	KOMPRESÖR HAVA FİLTRESİ-DMD 300	ADET	1		
2	KOMPRESÖR YAĞ FİLTRESİ- DMD 300	ADET	1		
3	KOMPRESÖR SEPERATÖRÜ -DMD 300	ADET	1		
4	HAT FİLTRESİ	ADET	3		
5	KOMPRESÖR YAĞI DMD 300	ADET	8		
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uzm Dr Demet ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agrihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: cf087e58-c0fe-49f3-94ce-60cfb8b1d325 Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI

Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

e-Posta

İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Bilgi için: Serra KIRIÇ

TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47



TEKNİK ŞARTNAME

- 1-Talep edilen bakım onarım malzemeleri hazırda kurulu olan oksijen üretim sistemi(oxyvital)marka vidalı kompresörler(ekomak)marka ürünler içindir.
- 2-Talep edilen yağ filtresi mevcut DMD 300kompresöre uygun olmalıdır.
- 3-talep edilen hava filtreleri mevcut DMD 300 kompresöre uygun olmalıdır.
- 4-Talep edilen kompresör yağı vidalı kompresör yağı olmalıdır.
- 5-Talep edilen seperatör hazır kurulu sisteme uygun olmalıdır.
- 6-Talep edilen kurutucu hat filtresi karbom lüzumdaki gibi olmalıdır.
- 7-Talep edilen kurutucu hat filtresi partikül oksijen sistemine uygun olmalıdır.
- 8-Talep edilen kurutucu hat filtresi hassas oksijen sistemine uygun olmalıdır.

Özgür ÖZBAY
Teknik İşleri Sorumlusu

