



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-212975407
Konu : Teklife Davet

07.04.2023

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZ STERİLİZASYON BİRİMİNDE BULUNAN 1 ADET TRANS MARKA OTOKLAV CİHAZI VE 1 ADET STEELCO MARKA YIKAMA CİHAZININ PARÇA HARIÇ 12 AYLIK (6 AYDA BİR 2 PERİYOT) BAKIM ONARIM HİZMET ALIM İŞİ 4734 sayılı ihale Kanununun 22/A maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 11.04.2023 tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.**

BÜLENT ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	1 ADET TRANS MARKA OTOKLAV CİHAZININ PARÇA HARIÇ 12 AYLIK BAKIM ONARIM HİZMETİ	PERİYOT	2		
2	1 ADET STEELCO MARKA YIKAMA CİHAZININ PARÇA HARIÇ 12 AYLIK BAKIM ONARIM HİZMETİ	PERİYOT	2		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uzm. Dr. Demet ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın Alma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Alımlar <http://www.agrihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimci hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- Teknik Şartname ektedir.
- Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47-215 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 06520447-A0B9-45FB-AA69-A26A872159EE

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi:

Bilgi için: Dursun DİNLER
Veri Hazırlama Ve Kontrol İŞlt.

Telefon No: 04723126047 - 215



TEKNİK ŞARTNAME

KONU: Bu teknik şartname, T.C. Sağlık Bakanlığı Doğubayazıt Devlet Hastanesi demirbaşına kayıtlı bulunan ve yukarıda listelenen tıbbi cihazlar için bakım, onarım hizmet işlerini konu alır.

Tıbbi Cihazlar: T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'nde yer alan ve Doğubayazıt Dr Yaşar Eryılmaz Devlet hastanesine kayıtlı ve yukarıda listelenen cihazlardır.

2-Yedek Parça: Ait olduğu ana cihazın fonksiyonunu tam olarak yerine getirmesi, aslının bozulmaması ve bütünlüğünün sağlanması için gerekli olan ve ana cihazla tam uyumlu çalışan her türlü elektrik, elektronik, mekanik, cam, kompozit, deri, plastik, lastik ve tekstil ürünü parçadır.

3-Arıza: Herhangi bir zamanda cihazın herhangi bir fonksiyonunun nitelik veya nicelik olarak üreticinin belirlediği normların altına düşmesi durumları arıza olarak kabul edilecektir.

4-Bakım: Cihazın arızalanmasını önlemek ve verimliliği artırmak amacıyla; cihazın gözle kontrol edilmesi, fonksiyonlarının kalibratör cihazlarıyla testi, teknik ömrünü tamamlayan parçaların değiştirilmesi, ayarların yapılması, toz temizliği yapılmasını kapsayan işlemdir.

5-Onarım ve tamirat: Cihazın fonksiyonunu tam olarak yerine getirmesine engel olan hususun ortadan kaldırılması faaliyetlerinin tümüdür.

6-Bakım - Onarım Formu: Yüklenici tarafından yapılan işlemlerin tamamının yazıldığı, yüklenicinin ve faaliyeti gerçekleştiren çalışanlarının bilgilerinin bulunduğu formdur.

7-Kısaltmalar

Bu teknik şartnamede "Tıbbi Cihazlar" ifadesi yerine bu maddeden itibaren "cihazlar" ifadesi kullanılacaktır.

Bu teknik şartnamede "periyodik bakımlar ve/veya onarım hizmetleri" ifadesi yerine bu maddeden itibaren "servis hizmetleri" ifadesi kullanılacaktır.

8-Genel Hususlar

Cihazlarda giderilmesi istenen arızalar ve yapılması istenen işlemler "Teknik İstekler" başlığında açıklanmıştır.

Kalite güvence, ürün güvenliği ve diğer belgelere ilişkin hususlar idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.

İşin yapılması için gereken personel ve eğitim durumuna ait belgeler 5. Maddedeki belirtilmiştir.

1. , 2. , 3. ve 4. Kısımın her biri ayrı bir kısım olup, değerlendirmeler kısım olarak yapılacaktır. İstekliler katıldıkları kısımlarda yer alan tüm kalemlerine teklif vermek zorundadır.

TEKNİK İSTEKLER

GENEL İSTEK VE KURALLAR

Madde 2 ve 3'de özellikleri belirtilen sistem ve donanımlar için yapılan bakım, onarım, kalibrasyon, muayene, deney ve kalite kontrol hizmetleri sözleşmesi gereğince Hastane İdaresi ve Yüklenici aşağıda yazılı yükümlülükleri yerine getirmeyi taahhüt eder.

Yüklenici teknik personelleri sözleşmenin imzalandığı günü takip eden en fazla 30 (otuz) gün içerisinde Hastane İdaresine müracaat ederek ünitelerde bulunan sistemlerin bakımını yapacak ve servis formunu bölüm şefine imza ve tasdik ettirecektir.

Yüklenici tarafından tedarik edilen yedek parçaların cihaza bağlanması durumunda, cihazın çalışır duruma getirilmesine karşın, değiştirilen parçaların yeterli uygunlukta olmaması sebebiyle zaman içinde oluşacak olan hasarların sorumluluğu yükleniciye ait olacaktır. Ancak, yüklenici tarafından tedarik edilmeyen yedek parçalardan kaynaklanan hasarlarda yüklenicinin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Değişecek yedek parçalar cihazın orijinal şekil ve görüntüsünü bozmayacak ve/veya yapısını değiştirmeyecektir.

Yapılan bakım ve/veya onarım işlemi sonucunda, cihazda, belirlenmiş ve onaylanmış olan arızalar ile sorunlar giderilmiş ve çalışır durumda idareye teslim edilecektir.

Cihazda kullanılan yazılımlarla ilgili sorun olması durumunda, yazılımlarda meydana gelen hataların düzeltilmesi için idare tarafından temin edilecek yazılım yüklenecektir. Bakım, onarım, test, kontrol ve ayar işlemleri cihazın teknik dokümanlarına uygun olarak yapılacaktır.

Cihazda hasta, sistem ve kullanıcı güvenliği ile ilgili koruma ve uyarı devreleri devre dışı bırakılmayacaktır. Bu kuralın göz önünde bulundurulmaması sonucu ortaya çıkabilecek zarar, kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.

Yüklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almak zorundadır. Yüklenicinin bu tedbirleri almamasından dolayı oluşacak her türlü zarar yükleniciye ait olup idare hiçbir sorumluluk taşımaz.

Yüklenici bu şartname kapsamındaki tüm tıbbi cihazları, sözleşme tarihinden itibaren hesaplanacak ve sözleşme süresi boyunca %95 çalışır durumda (Up-Time) tutmakla yükümlüdür. Bu oranın altına düşüldüğünde sözleşmede belirtilecek olan bedel üzerinden cezai müeyyede uygulanacaktır.

Bakım ve/veya onarım işlemleri sırasında meydana gelebilecek zarar, kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır. Bakım sözleşmesi süresince meydana gelebilecek arızalar için yedek parça hariç herhangi bir servis ücreti talep edilmez.

Bakım ve onarım sonrasında fonksiyon kayıplarının tespit edilmesi halinde bakım ve onarım işlemi bitmemiş sayılacaktır.

Servis hizmetleri sonunda firma tarafından (Arıza tespit, onarım periyodik bakım v.b) üç nüsha düzenlenecek servis raporu ile cihazın teknik değerlendirmesi yapılacaktır. Hazırlanan servis raporu kurum kullanıcı personeli ve teknik personeli tarafından imzalanarak bir nüshası kullanıcıya bir nüshası idareye teslim edilecektir.

Onarım sırasında ihtiyaç duyulan cihaza ait yedek parçalar idare tarafından, bunun dışında kalan malzemeler (tamirat için kullanılan takımlar ölçüm cihazlar vs.) Yüklenici tarafından temin edilecektir. Bakım sırasında ihtiyaç duyulan sarf malzemeler ise idare tarafından temin edilecektir.

BİLDİRİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ

Herhangi bir zamanda cihazın herhangi bir fonksiyonunun nitelik veya nicelik olarak üreticinin belirlediği normların altına düşmesi durumları arıza olarak kabul edilecektir. Yüklenici bu arızalara müdahale etmekle yükümlüdür.

Önceden planlanan koruyucu ve periyodik bakım haricinde cihazlarda arıza meydana gelmesi halinde kurum yetkilisi yükleniciyi telefon, faks veya e-posta ile bilgilendirecektir. Bilgilendirme tarih ve saati olarak kurum kayıtları esas alınır.

Firma, bakım ziyaretlerini normal çalışma saatlerinde ve günlerinde yapmakla yükümlü olduğu halde arızalara karşı yapılacak müdahalelerde mesai ve mesai dışı ayırımı yapılmaksızın en geç 48 saat içinde arızaya müdahale edilecek ve arıza hakkında hastane idaresine ve ilgililere bilgi verilecektir. Yedek parça temini gereken durumlarda yedek parçanın temin edildiğinin yükleniciye bildirilmesi halinde bu bildirim takip eden 48 saat içinde cihaz çalışır durumda idareye teslim edilecektir. Bu amaç ile yüklenici 24 saat ulaşılabilir bir teknik servis telefon numarası sözleşmenin imzalanması aşamasında hastane idaresine bildirecektir.

Saatler konusu tartışılmalı Resmi tatil, Cumartesi ve Pazar günleri dışında doğabilecek acil arıza onarımları için ayrıca saat ücreti talep edilemez.

Bakım anlaşması kapsamında, arızalı parçanın idare tarafından idarenin uygun göreceği bir metotla satın alınacaktır. Bu hallerde idare parçanın uyumluluğu konusunda Yüklenicinin onayı alınmalı ve bu parça Yüklenici teknik elemanları tarafından değerlendirilmelidir. Satın alınan parçanın uygunsuzluk nedeni yüklenici tarafından Hastane idaresine yazılı olarak bildirilecektir. Yüklenici marka gerekçesi ile uygunsuzluk raporu veremez. Ayrıca Hastane idaresi yüklenicinin uygunsuzluk raporuna rağmen temin edilen yedek parçanın kullanımını isteye bilir. Bu durumda sorumluluk Hastane İdaresinde olmak kaydıyla yüklenici idarenin istediği parçaları kullanmak zorundadır.

Arızanın nevine bağlı olarak; cihazın Yüklenici merkezine gönderilmesi gerektiğinde, bu durumda kesin karar Hastane idaresinin olup, cihazın en geç 3 (üç) gün içerisinde sevk edilmesi gerekir. Cihazın sevkiyatı ile ilgili her türlü masraf, sigorta (sigorta zorunlu değildir ancak cihazın nakliyesi sırasında doğacak her türlü zarar yüklenici tarafından idareye tazmin edilecektir) ve sorumluluk Yüklenici aittir.

MUAYENE VE KORUYUCU BAKIM HİZMETİNİN İÇERİĞİ

Muayene ve koruyucu bakımın amacı küçük çaptaki sorunları daha ciddi boyutlara ulaşmadan teşhis etmek ve ortadan kaldırmaktır. Muayene ve koruyucu bakımlar hastane idaresi ve yüklenicinin belirleyeceği tarih, gün ve saatlerde yapılacaktır.

Periyodik bakım, (özel durumlar hariç) normal çalışma saatleri içerisinde yapılır. Resmi tatil ve bayram günlerine rastlayan zamanlarda bakım tatil bitiminde devam eder.

Ekte yer alan bakım ve onarımı yapılacak tıbbi cihazların doğru çalıştığını gösterecek şekilde uygun test ve ölçüm cihazları ile performans ölçümleri yapılarak, raporlanacaktır.

Sistemin fonksiyonel kontrol kısımlarının genel temizliği, periyodik bakımlar sırasında sağlanacaktır.

Montajı yapılmış olan sistem/cihazların başka bir yere nakli istendiğinde, nakil hastane idaresince yüklenici nezaretinde yapılacak olup, demontaj ve montaj yüklenici tarafından yapılacaktır. Bu nakil, demontaj ve montaj işleri için yüklenici, işlerle ilgili ücret teklifini hastaneye sunacak, hastane yapacağı değerlendirme sonucu işlerin yüklenici veya başka bir taşıyıcı tarafından gerçekleştirilmesi konusunda karar merci olacaktır. Yüklenici tarafından yapılmayan işlerin bütün sorumluluğu idareye ait olup, işbu şartname hükümleri bu durumda geçersiz olacaktır.

Periyodik Bakım hizmeti kapsamında gerek duyulacak yedek parçalar, Hastane idaresi tarafından temin edilecektir. Yüklenici kullanım ömrünü tamamlamış parçaları bakımda veya sonrasında toplu olarak idareye bildirecek ve idare bu parçaları temin edecektir. Temin edilmiş bu parçalar yüklenici tarafından hiçbir ücret talep edilmeksizin montaj edilecektir.

Cihazının, performanslı bir şekilde çalışabilmesi ve güvenilir şekilde ölçüm yapabilmesi için periyodik bakımlar sırasında yapılacak kontroller şunlardır:

Bu kontrolleri takiben sistemin test edilmesi ve gerekli görüldüğü takdirde sistemdeki elektronik parametrelerin, mekanik parçaların ve optik parçaların ayarlarının yapılması,

Sürekli (Ömürlü) aşınmış parçaların süreleri zarfında, ücreti karşılığı yenilenmesi,

Cihazın görsel, işitsel ve teknik incelemesi uygun test donanımları ile yapılarak doğru bir şekilde çalışır olduğu kontrol edilecektir.

Cihazın gerekli görülen bölümlerinin temizliği yapılacaktır.

Cihazın gerekli görülen bölümlerinin yağlanması yapılacaktır.

Cihaza arıza bildiriminden sonra en geç 48 saat içerisinde müdahale edilecektir.

Cihaza ekte sunulan listede belirtilen kadar periyodik bakım yapılacaktır.

5.YÜKLENİCİNİN TEKNİK KAPASİTESİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.Bu hizmet kapsamında yapılması öngörülen hizmetler, firmanın kalifiye personeli veya tayin edilmiş temsilcileri tarafından yapılır.

5.2.İhalede teklif verecek olan firma bünyesinde en az 1 (bir) adet Biyomedikal konusunda deneyimli mühendislik(Elektrik-Elektronik,Biyomedikal,Elektronik), personeli bünyesinde bulunduracak ve bu personelin en az 1 yıl firma bünyesinde çalıştığını gösteren sgk dökümanını hastane yönetimine sunması gerekmektedir.

5.3.Yüklenici, Türk Standartlar Enstitüsünden alınmış TS 12426 standartlarına göre Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip olmalı,bu belgenin içeriğinde ilgili cihazların içeriği bulunmalıdır.

5.4. Teklif veren firmanın, ihale konusu cihazlarla aynı işkolu emsal cihazların bakım onarımı için en az 5(beş) resmi kurumla sözleşme yapmış olmalıdır. Bu belgeler ihale dosyasında sunulmalıdır.

5.5.teklif veren firmanın,bakım esnasında kullanacağı aletlerin (multimetre,defi tester,ekg simülatorü gibi cihazlarının kalibrasyonu yapılmış olmalı ve kalibrasyon belgeleri ihale dosyasında sunulmalıdır.

DENETİM VE MUAYENE NOTLARI

Normal bakım ve arıza tamiri yapılırken Hastane İdaresi, idarece görevlendirilecek bir teknik elemanı hazır bulundurabilir. Ayrıca cihazlara yapılmış her türlü müdahalelerde teknik servis bilgi formu düzenlenecek olup bu formlara sorumlu teknisyen cihazın bulunduğu servis sorumlusu ve yüklenici imzalayacaktır. Düzenlenen bu formların bir nüshası ilgili birimde, bir nüshası hastane atölyesinde bir nüshası da fatura ile birlikte satın alma birimine teslim edilecektir.

CEZAI HÜKÜMLER

Yükleniciye arıza bildirimini (yazılı olarak) yapıldıktan sonra bu teknik şartnamede belirtilen sürelerin aşılması ve riayet edilmediğinin tespiti halinde sürenin aşıldığı her saat için ceza kesebilir. Bu cezayı yüklenici hastaneye ödeyebileceği gibi hak edişinden de kesilebilir bu konuda takdir yetkisi hastane idaresindedir.

Yükleniciye arıza bildirimini yapıldıktan sonra bu teknik şartnamede belirtilen sürelerde müdahale edildiği halde 24 saat sonunda geçerli bir neden sunmadan, cihazın hala çalışmaması halinde gecikilen her takvim günü için ihale tutarının %0,5 ceza kesilecektir. Bu cezayı yüklenici hastaneye ödeyebileceği gibi hak edişinden de kesilebilir bu konuda takdir yetkisi hastane idaresindedir.

Cihazın servis hizmetleri sırasında sağlam bir sisteminin veya işlevinin bozulması halinde yüklenici neden olduğu yeni arızayı ücretsiz (yedek parça gerekli olması halinde yedek parça yüklenici tarafından sağlanacaktır) tamir etmek ya da ettirmekle yükümlüdür.

Yüklenicinin teknik şartname, idari şartname, sözleşme ve bunların eklerinde belirtilen ve yukarıda sayılan maddelerin dışında kalan yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmediği hallerde idarece tutulmuş tutanakların olması halinde her bir tutanak için ayrı ayrı olmak üzere sözleşme tutarının % 0,5 (binde beş) oranında ceza uygulanacaktır.

Yüklenici, teknik şartname, idari şartname, sözleşme ve bunların eklerinde belirtilen yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmediği takdirde idare bu durumu bir tutanak ile tespit eder. Bu tutanak 10 (on) gün içerisinde yükleniciye bildirilir.

Herhangi bir nedenle yüklenici hakkında tutulmuş tutanak sayısının 3'ü aşması halinde sözleşme fesih işlemlerine başlanır.

HASTANE İDARESİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Hastane İdaresi sistem/cihazların ihtiyaçlarına uygun, Yüklenici tarafından önerilen her türlü çevre şartlarına (topraklı priz, tozdan arındırılmış ortam, 20°C -25°C sıcaklık, vb) sahip mekânlar sağlayacaktır. Önerilen şartlardan kaynaklanan arıza ve hasarlardan yüklenici sorumlu tutulamaz.

Cihazları ve Sistemleri, yayınlanmış olan çalışma şartlarına uygun olarak ve her zaman dikkatle kullanmak Hastane İdaresinin sorumluluğudur. Yanlış kullanma ve çalıştırma hatalarından doğacak problemlerin düzeltilmesi yüklenici sorumluluğunda değildir.

Hastane İdaresi, sistem/cihaz durumlarının, karşılaşılan anormalliklerin ve alınan düzeltici tedbirlerin kaydedildiği bir sicil defteri (Logbook) tutmak mecburiyetindedir.

Yüklenicinin bu şartnamenin getirdiği yükümlülükleri yerine getirilebilmesi için, Hastane İdaresi, cihazları/sistemleri yeterli süreler için yüklenici teknik personelinin denetimine tahsis edecektir.

Yüklenici etkili bir hizmet sağlamak amacıyla yedek parça, kullanma ve servis kitapları, programlar gibi malzeme ve takımları Hastane İdaresinin uhdesinde depolayabilir.

Tansu GERENÇİ
j. [Signature]

Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Zekeriya BAŞARGAN
Biyomedikal Teknikeri

DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Dr. YAŞAR ERYILMAZ
Biyomedikal
T. K. Y.