

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Taşlıçay Devlet Hastanesi

SAYI : 2023/45
KONU : EKG KAĞIDI ALIMI

20.04.2023

Teklif Davet

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere İhtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Teknik Şartnamede Özellikleri belirtilen Mal alımı işi 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 26.04.2023 tarih saat 10:00'a kadar , tdhsatinalma@gmail.com mail adresine, posta yolu ile ve ya elden belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Ahmet SAĞLAM
Başhekim

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	EKG KAĞIDI	PAKET	300		

İdarenizce doğrudan temin usulü ile 26.04.2023 tarihi saat 10:00 de alımı yapılacak olan Mal Alımı işine ait dokümanı oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Doğrudan temin usulü ile yapılacak alıma ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak, teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masraflar teklifimize dahildir.

2- Teklifimiz aşağıda belirtilen tarihten geçerlidir.

3- 4734 Sayılı Kanununun 22/d maddesi gereğince, alıma konu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

4- Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz.

5- Alıma konu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı
Kaşe ve İmza ⁽²⁾

EKG KAĞIDI TEKNİK ÖZELLİKLERİ (200 Paket)

1. Ekg kağıdı Biocare ie12a cihazı ile uyumlu olmalıdır.
2. Ekg kağıdı 210mm x 140mm-140p boyutlarında olmalıdır.
3. Ekg kâğıdı numunesi dendikten sonra karar verilecektir.
4. Ekg kağıdı cihaz da sıkışmamalı ve kağıt cihaz yazıcısına toz bırakmamamalıdır.
5. Ekg kağıdı toz bırakması veya yapısından dolayı sıkışması durumunda kargoyu satıcı karşılamak üzere iade edilecektir.
6. Ekg kağıtlarının ömrü satın alındıktan sonra raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.

7. Ekg kağıdı jelatin kaplı kağıtlar halinde "Z" katlı ve en az 200 yegrak olmalıdır.

Ahmet ARAS
Tıbbi Sekreter
T 25139
Taşlıçay İlçe Devlet Hastanesi

Ahmet LİNER

Dr. Ahmet SAĞLAM
Taşlıçay Devlet Hastanesi
Başhekim