



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DH İDARİ VE MALİ
İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DH SATIN ALMA VE
MALİ İŞLER BİRİMİ



17.07.2023 09:11:21 E-68917221-949-219902814
219902814

Sayı : E-68917221-949-219902814
Konu : Teklife Davet

17.07.2023

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **100 Adet Aspirasyon Torbası 2000 ml Alım İşi** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **21/07/2023** tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	ASPIRASYON TORBASI 2000 ML	ADET	100		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uzm. Dr. Demet ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- 1) Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- 4) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5) Alımlar <http://www.agrihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 6) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9) Teknik Şartname ektedir.
- 10) Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: D312F436-D33D-4BEB-81FA-B5D49235C12E

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400

Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447

e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>

Keş Adresi:

Bilgi için: Şenay SAPMAZ
Tıbbi Sekreter


Telefon No: 04723126047 - 215




ASPIRASYON TORBASI, HORTUM DAHİL

SMT Temel İşlevi:	1. Mevcut vakum sistemleri ile uyumlu olarak kan veya sekresyon gibi organik ve enfekte atıkları toplamak için üretilmiş olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Aspirasyon torba hacmi, 1000-3000 ML aralıklarında olmalıdır. 3. Aspirasyon torbasının jelleştiricili ve jelleştiricisiz formları olmalıdır. 4. Aspirasyon torbasının üzerinde en az 1, en fazla 4 port bulunmalıdır. 5. Aspirasyon torbası jelleştirici olan formunda torba içerisinde jelleşmeyi sağlayan madde olmalıdır. 6. Aspirasyonhortumunun en az bir ucujutajlı olmalı vediğer ucutek el ile vakum kontrolüsağlayan çam ağacı konektörüne sahip olmalıdır. 7. Aspirasyon hortumu en az 180cm uzunluğunda, iç çapı en az 4mm,dış çapı en fazla 8,5mm ve şeffaf yapıda olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	8. Aspirasyon torbası üzerinde dökülme ve yanlış bağlantı riskini önlemek amacıyla hasta portu, seri bağlantı portu, vakum ve numune alma portlarından en az 1, en fazla 4 port bulunmalı ve bu portlar yazılı veya görsel olarak kullanıcıyı yönlendirmelidir. 9. Aspirasyon torbası dikişsiz veya dikişli(ısı, lazer, ultrasonik), yekpare ve şeffaf olup et kalınlığı patlama ve yırtılmalara karşı dayanıklı olmalı, kapak kısmı torba ile entegre ve kapak kenarında kanisterden çıkarmayı kolaylaştırmak için tutma kulakçığı bulunmalıdır. 10. Aspirasyon torbasının üzerinde tam dolum gerçekleştikten sonra kullanılmak üzere bir kapama sistemi olmalıdır. Sistem gerektiğinde tandem bağlantıya elverişli olmalıdır. 11. Aspirasyon torbası üzerindeki hasta portu, ambalajın içerisinden çıkan ve hasta hortumunun kıvrılıp bükülmesini engelleyen 90 derece açılı ekstra konnektöre uyumlu olmalı ve aspire edilen sıvının hazne içerisine süzülerek dökülmesini sağlamak amacıyla konik yapıda olmalı veya 'anti reflü valf' bulundurmalıdır. 12. Kanisterler dezenfeksiyona uygun olmalıdır. Üzerinde hacim göstergesi bulunmalıdır. 13. Torba üzerinde tek yönlü valf veya içerisinde hidrofobik yapıda filtre bulunmalıdır. 14. Torbalarla birlikte teslim edilecek mobil taşıyıcıların; a. En az 5 tekerli ayakları olup bu ayaklardan en az 3 tanesi kilitlenebilir

Ec. İlhan DEMİR
Ust. No: 237/37640
Tic. No: 47670

Anzu A-TA


Yenidoğan Sorumlusu
Nurcan Kandemir


ASPIRASYON TORBASI, HORTUM DAHİL

	<p>olmalıdır.</p> <p>b. Tekerlekler taşıyıcıya rahat hareket imkânı sağlamalıdır.</p> <p>c. 4 adet kanister aynı anda taşıyıcıya monte edilebilir özellikte olmalıdır.</p> <p>d. Mobil taşıyıcı boyalı, paslanmaz metal veya sert plastikten olmalıdır.</p> <p>e. Ayaklarla, kanisterlerin monte edildiği gövdenin birleşim yeri sağlam olmalı, ağırlık merkezinin değişmesinden etkilenmemelidir.</p>
Genel Hükümler:	<p>15. Ürüntek kullanılmalık olmalıdır. Ürünün kullanılması için gerekli tüm aksesuarlar aynı ambalaj için de mevcut olmalıdır.</p> <p>16. Torbaların kullanılması için gerekli tüm aksesuarları hastanenin ihtiyacı kadar yüklenici firma ücretsiz olarak teslim edecek olup, sisteme ait aksesuar montajı, bakım ve onarımı yapmakla yükümlüdür.</p> <p>17. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.</p> <p>18. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 1 adet numune bırakılmalıdır.</p>

Eczilhan DEMİR
Dip. No: 22/17137640
Tescil No: 47670

Dr. Zeynep

*Genel Sorumlusu
Nurcan Kandıran*