

Yıkamalı Enteral Beslenme Pompa Seti Teknik Şartnamesi

1-Ürün ağızdan beslenemeyen hastaları beslemeye uygun olarak tasarlanmış olmalıdır.

2-Setin üzerinde ölçü işaretleri olmalıdır.

3-Setin feding tüpe bağlandığı konnektör her çapta tüpe uygun olmalıdır.

4-Set serbest akış sağlamalı üzerinde akış hızını ayarlayan klemp bulunmalıdır.

5-Ürünler steril tek kullanımlık olmalıdır.

6-Ürün ambalajı üstünde TSE standartları na uygun olduğunu belirten barkod olmalı,son kulanma tarihi UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.

6-Son kullanma tarihine yaklaşan ürünler , firma tarafından yeni ve uzun miat lı ürün ile değiştirilmelidir

7-Steril ve CE standartlarında olmalıdır.

8-Set 1200 ml mama torbası ve 1200 ml su torbası na sahip olmalıdır.

9-Tüm marka mamalar ile uyumlu olmalıdır.

10-Üniversal drip (Yaygın Beslenme Pompalarının Tamamına Uyumlu) olmalıdır.

11-Pompa ve pompasız kullanıma uygun olmalıdır.

12-Maksimum 100-150 set karşılığı ,1(bir) adet setlere uygun beslenme pompası firma tarafından verilmelidir.

Ecz.İlhan DEMİR
Dip.No:2017/37640
Tescil No:47670

Yoğun bakım
SORUMLU HEMŞİRE
ERDAL YILMAZ

Yoğun bakım
Dr. Jüfer Eryılmaz Dev. Hast.
Genel Yoğun bakım
Birim Sorumlusu
KASIM DEMİR
Hemşire

Uzm. Dr. Seda SEVEN
Yoğun Bakım Uzmanı
Uzm. Tes. No: 147008
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi