

**MÜDÜRLÜĞÜMÜZ 112 ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ (K.K.M) İÇİN 12 AYLIK MEDİKAL  
GAZ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİDİR**

**OKSİJEN GAZI (İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİNİN TÜPLERİ)**

1- İhale konusu oksijen gazı solunum yetersizliği olan hastalarda kullanılacak olup, hastalar için verilecek oksijen gazından (Tüp içindeki gazın kullanımında) doğabilecek her türlü komplikasyonlardan satıcı firma sorumlu olup, bu sorumluluğu ihalede belge ile taahhüt edecektir.

2- Verilecek Oksijen Gazı; İthal ise ithal ve dolum izin belgesi, yerli ise üretim ve dolum izin belgesine sahip olacaktır. Belge Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü (İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ) tarafından verilmiş olacak ve ihalede belgelendirilecektir. Ayrıca yüklenicinin de dolum ve/veya depolama ve dağıtım izin belgesi olup, bu belge Sağlık Bakanlığına bağlı yetkili kuruluşlardan alınmış olacak ve belgelendirilecektir.

3-Oksijen gazı dolumu yapılacak olan tüplerin geçerli dolum, bakım ve hidrostatik test yeterlilikleri TS EN ISO 18119 Standardına göre yapılacaktır.

4-Oksijen tüplerinin zamanı gelmiş gerekli testleri, kontrol ve bakımları TSE tarafından bakım yeterlilik belgesi verilen yüklenici firmaya yapılacaktır. Bu konuda tüm sorumluluk yüklenici firmaya aittir.

5- İhaleyi alan firma İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin mevcut tüpleri ve en az 20 (Yirmi) adet kendi firma tüpleri ile çalışacak ve bu tüpler TS EN ISO 7866 şartlarına uygun olacaktır. Başhekimliğine ait olmayan tüpler içinde ayrıca kira bedeli ödenmeyecektir.

6- Yüklenici firma tarafından verilecek emanet tüpler;

a-Boyalı olacaktır.

b-Tüp üzerinde solunabilir ibaresi olacaktır.

c-Vanaları bantlı ve başlıklı olacaktır.

d-Periyodik bakımları ve testleri yapılmış olacaktır.

e-Vanalar sağlam olarak verilecek, arızalı vanalar ücretsiz değiştirilecektir.

f-Arızalı ventil hemen değiştirilecektir. ventil değişimi firmaya ait olup ayrıca ücret talep edilmeyecektir.

g-Arızalı tüpler değiştirilecek test süresi geçmiş medikal oksijen tüplerine gaz dolumu yapılmayacaktır.

i- Her tüple birlikte 1 (Bir)conta ücretsiz verilecektir.

7- Dolumdan gelen tüpler mutlaka mühürlü olacaktır. Uygun görülmeyen tüpler tüm masrafları yüklenici firmaya ait olmak üzere yeniden dolamları yapılmak veya arızalı parçaların uygun olan yenileri ile değiştirilmek üzere geri iade edilecektir.

8-Dolumdan gelen tüpler yüklenici firma tarafından İl Ambulans Servisi Başhekimlik Hizmet Binasına teslim edilecektir.

9-Dolumdan gelen tüplerin kontrolü ve teslimatı yüklenici firma tarafından İl Ambulans Servisi Başhekimlik hizmet binasında bulunan teknik sorumluya yaptırılacaktır. Eksik veya arızalı gelen tüpler dolum için firmaya iade edilecek ve kurumdan ikinci bir dolum ücreti talep edilmeyecektir.

10- Oksijen gazı talebi en geç 12 (oniki) saat içerisinde ilgili firma tarafından yerine getirilecektir. Aksi halde her geçen gün için cezai muayede uygulanacaktır. Oksijen tüpü ihtiyacı firmaya telefon veya belgegeçer ile bildirilecektir.

11-Oksijen gazının saflığı Türk Farmakopesine uygun olacaktır. Oksijen gazı saflığı en az % 99,50 saflıkta rutubetsiz ve basıncı 150 atü"(Bar) ± 20 bar olacaktır. Kontrollerde basıncın eksik çıkması durumunda tüpler hiçbir ücret ödenmeksizin ilgili istasyonlarda kalacaktır.

12- Oksijen gazı alımı peyderpey olup sözleşme bitim tarihine kadar devam edecektir.

### **GENEL ŞARTLAR**

1-İhale edilecek olan medikal gazlar (**İl Sağlık Müdürlüğü - 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde**) kullanılacaktır.

2-Medikal amaçlı gazlar birinci derecede insan yaşamı ile ilgili olup, yüklenici firma tarafından üretim, depolama, nakliye, boşaltma ve kullanma süresince gazın tıbbi özelliklerini koruyacaktır.

3-Bu şartnamede bulunmayan hükümler için ilgili yasa, yönetmelik, tüzük ve standartlardaki hükümler geçerlidir.

4-Sağlık tesislerinde dolumu yapılacak tüp tüpler sözleşme süresince firma tarafından sağlanacaktır. İl Ambulans Servisi Başhekimliğine ait oksijen tüpleri demirbaş olup tüplerin her hangi bir sebeple zarar görmesi halinde yüklenici firma tarafından yenisi ile değiştirilecektir.



5- Yklenici gaz ile ilgili ykleme ve nakliye iŖlemlerini trafik kanunu ve ynetmeliklerine uygun olarak kendisi yapacaktır. Aksi takdirde meydana gelebilecek her trl maddi ve manevi sorumluluk ykleniciye aittir.

6-Teslim edilecek tıbbi gazların teslimatı irsaliye ile yapılacaktır.

7-Tplerin nakliyesi ve boŖaltılması yklenici firma tarafından yapılacaktır.

Atilla DİNLER  
Teknik Destek Birim Sorumlusu

Fuat GKE  
112 Makine Teknikeri

İhsan KOTAN  
112 Elektrik Teknikeri

Dr. Ali DoĖan CESUR  
BaŖhekim