

T.C  
AĞRI VALİLİĞİ  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Hamur İlçe Devlet Hastanesi

Sayı : 195  
Konu: TEKLİFE DAVET

18.09.2023

TEKLİFE DAVET

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı EKG KAĞIDI ALIMI İŞİ 4734 sayılı ihale kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 02.10.2023 tarih ve saat 14:00'e kadar hastanemizin satın alma birimine veya [hamurdh.satinalma@hotmail.com](mailto:hamurdh.satinalma@hotmail.com) adresine göndermenizi rica ederim.

Murat EROĞUL  
İdari Ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT (KDV HARİÇ)	TOPLAM FİYAT (KDV HARİÇ)
1	EKG KAĞIDI 210*20	ADET	100		

Firma Yetkilisi

İmza/Kaşe

**NOTLAR**

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar Satın alma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2- Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-Teklif edilen fiyatların geçerliliği teklif tarihinden itibaren en az 30 gün olacaktır.
- 4-İşin Tamamı için teklif verilecektir.
- 5-Alımı yapılacak malzemeler 10 gün içerisinde teslim edilecektir.
- 6-4734 Sayılı Kanunun 22/D maddesi gereğince, alıma konu iş için kendimizin veya başkaları adına doğrudan ya da dolaylı olarak, asaleten veya vekâleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.
- 7-Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlar da bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.
- 8-Teknik Şartname Ektedir.

HAMUR DEVLET HASTANESİ EKG KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

EKG KÂĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Bionet Cardiotouch Marka 3000 model EKG cihazına tam uyumlu olmalıdır.
- Ürün rulo şeklinde olmalıdır.
- Ürün milimetrik kare baskılı olmalıdır.
- EKG kağıtları termal (ısıya duyarlı) olmalıdır.
- 210\*20 cm ebatlarında olmalıdır.

EKG KÂĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- FUKUDA DENSHI Marka FX-8322 model EKG cihazına tam uyumlu olmalıdır.
- Ürün rulo şeklinde olmalıdır.
- Ürün milimetrik kare baskılı olmalıdır.
- EKG kağıtları termal (ısıya duyarlı) olmalıdır.
- 210\*20 cm ebatlarında olmalıdır.

Mehmet Necip KAYA  
Taahhüt Kayıt  
Kontrol Yetkilisi

Alpaslan YİĞİT  
Acil Servis Sorumlusu

HAMUR İLÇE DEVLET HASTANESİ  
Dr. Emre AYDAR  
Başhekim  
Dip. Tes. No: 191511