

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TEKLİFE DAVET

09.10.2023

Sayı:

Konu: ANGULDURVA VE AERRATÖR MAL MALZEME ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 13.10.2023 saat: 11:00 'a kadar [agriagizdis@gmail.com](mailto:agriagizdis@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Terhan TARILIĞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ANGULDURVA PUSH BUTTONLU			100	Adet		
2	AERATÖR KARTUŞU			55	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2023

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası' na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

AĞRI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZ

Konu : AERATÖR KARTUŞ Teknik şartnamesi

- 1) Push Button model olacaktır.
- 2) Yüksek kaliteli türbin rotorlarından oluşacaktır.
- 3) Kaliteli Paslanmaz özel çelikten üretilmiş olacaktır
- 4) İSO kalitesi haiz olmalıdır
- 5) Sterilizasyon - 135 C° (277 F) otakılavlanabilir olmalıdır
- 6) NSK Pana Air FX (Pat-su-82) modeline ve orijinal kartuş olmalıdır olmalı

Not: Alınan malzeme teknik birimimiz tarafından incelenip uygun olmayan malzeme kabul edilmeyecektir

(Toplam 55 Adet kartuş olacak)

Teknisyen  
Sadık Karmacı  
S.K.

Atilla SÖĞÜT  
Teknisyen  
A.S.

AĞRI AĞIZ DIŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Konu: Anguldurva Şartnamesi

- 1 Anguldurva başlığı rulmanlı sistem olmalıdır.
- 2 Dakikadaki dönme hızı 350.000 - 400.000 devir (dakika) olmalıdır.
3. Anguldurva dıştan sulu sistem olmalıdır.
4. Anguldurvada ağız içi tükürük, sıvı ve diğer yabancı maddelerin türbin kafasına girmesini önleyen ve böylece uzun türbin sağlayan ve kontaminasyonu önleyen bir temiz kafa sistemi (cleanheadsistem) olmalıdır.
5. Anguldurvanın, Push Button (anahtarsız frez değiştirme sistemine sahip olmalıdır.)
6. Anguldurva gövde yapısı kavramayı kolaylaştırıcı ve hafif olmalıdır.
7. Kullanım rahatlığı için en fazla 45 gr olmalıdır.
8. Ağız içi rahat kullanım için uzunluğu en fazla 90 mm, kafa çap 10 mm, kota yüksekliği 14. mm. olmalıdır.
9. Kartuş tipi Anguldurva uçlara uygun olmalıdır.
10. Mikromotor devrini 1:1 oranında (ayrını hızla) iletmelidir (100 Adet olacaktır)

Atilla SÖĞÜT  
Teknisyen  


Sadık Kozmacı  
Teknisyen  
